左右 594× 天地 150mm

Prior to use, carefully read the instructions for use. EN

CAVITY CONDITIONER

CAVITY CLEANING AGENT

For use only by a dental professional in the recommended indications.

RECOMMENDED INDICATIONS
CAVITY CONDITIONER is a mild polyacrylic acid solution designed to remove the smear layer and to condition dentine and enamel, thus enhancing the bond between glass ionomer / glass hybrid and tooth structure.

CONTRAINDICATIONS
Avoid use of this product in patients with known allergies to polyacrylic acid.

DIRECTIONS FOR USE
1. After tooth preparation, apply CAVITY CONDITIONER to the bonding surfaces for 10 seconds using a cotton pellet or sponge.
2. Rinse thoroughly with water and dry. DO NOT DESICCATE.
3. Apply GC Fuji BOND LC, GC Fuji II LC (improved) or other glass ionomer / glass hybrid as a bonding agent, base / liner or restorative material.
4. Close the bottle immediately after use.

STORAGE
Recommended for optimal performance, store at temperature of 4-25°C (39.2-77.0°F).

PACKAGES
Bottle of 6 g (5.7 mL)

CAUTION
1. In case of contact with oral tissue or skin, flush immediately with water.
2. In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek medical attention.
3. In rare cases the product may cause sensitivity in some people. If any such reactions are experienced, discontinue the use of the product and refer to a physician.
4. Personal protective equipment (PPE) such as gloves, face masks and safety eyewear should always be worn.

Some products referenced in the present IFU may be classified as hazardous according to GHS. Always familiarize yourself with the safety data sheets available at:
http://www.gceurope.com
They can also be obtained from your supplier.

CLEANING AND DISINFECTING
MULTI-USE DELIVERY SYSTEMS: to avoid cross-contamination patients between this device requires mid-level disinfection. Immediately after use inspect device and label for deterioration. Discard device if damaged.
DO NOT IMMERSE. Thoroughly clean device to prevent drying and accumulation of contaminants. Disinfect with a mid-level registered healthcare-grade infection control product according to regional / national guidelines.

Undesired effects- Reporting:
If you become aware of any kind of undesired effect, reaction or similar events experienced by use of this product, including those not listed in this instruction for use, please report them directly through the relevant vigilance system, by selecting the proper authority of your country accessible through the following link:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
as well as to our internal vigilance system: vigilance@gc.dental
In this way you will contribute to improve the safety of this product.

Last revised: 07/2019

MANUFACTURED by
GC CORPORATION
76-1 Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8585, Japan

DISTRIBUTED by
GC CORPORATION
76-1 Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8585, Japan

EU: GC EUROPE N.V.
Researchpark Haasrode-Leuven 1240, Interleuvenlaan 33,
B-3001 Leuven, Belgium TEL: +32 16 74 10 00

PRINTED IN JAPAN

CE 2797

Преди употреба, внимателно прочетете инструкциите за употреба. BG

CAVITY CONDITIONER

АГЕНТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА КАВИТЕТА

За употреба само от стоматолози за препоръчаните индикации.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ИНДИКАЦИИ
CAVITY CONDITIONER е слаб разтвор на полиакрилова киселина, предназначен за премахване на замърсения слой и за кондициониране на дентина и емайла, като по този начин подобрява свързването на глас йономер / глас хибрид към зъбната структура.

КОНТРАИНДИКАЦИИ
Не използвайте при пациенти с установени алергии към полиакрилова киселина.

НАСОКИ ЗА УПОТРЕБА
1. След препарирането на кавитета, нанесете CAVITY CONDITIONER върху повърхностите, подлежащи на свързване за 10 секунди с памучен тупфер или гъбичка.
2. Промийте обилно с вода и подсушете. НЕ ПРЕСУШАВАЙТЕ.
3. Нанесете GC Fuji BOND LC, GC Fuji II LC (improved) или друг глас йономер / глас хибрид като свързващ агент, основа / подложка или възстановителен материал.
4. Затворете бутилката веднага след употреба.

СЪХРАНЕНИЕ
За оптимално представяне се препоръчва, съхранявайте при температура от 4-25°C (39.2-77.0°F).

ОПАКОВКИ
Бутилка с 6 g (5.7 mL)

ВНИМАНИЕ
1. В случай на контакт с оранжите тъкани или кожата, веднага промийте с вода.
2. В случай на контакт с очите, промийте веднага с вода и потърсете медицинска помощ.
3. В редки случаи, продуктът може да предизвика сръчувствителност у някои хора. При такава реакция прекратете употребата на продукта и потърсете лекарска помощ.
4. Лични предпазни средства (ЛПЕ) като ръкавици, маска и предпазни очила винаги трябва да бъдат носени.

Някои продукти, споменати в настоящите инструкции, могат да бъдат определени като опасни съгласно GHS. Винаги се запознавайте с информационните данни за безопасност, налични на:
http://www.gceurope.com
Те също така могат да бъдат изискани от Вашия доставчик.

ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ
ДОЗИРАЩИ СИСТЕМИ ЗА МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА: за да се избегне кръстосано замърсяване между пациентите, устройството изисква средно ниво на дезинфекция. Веднага след употреба инспектирайте устройството и етикета за влошаване на състоянието. Изхвърлете устройството, ако е увредено.
НЕ ПОТЪПЯВАЙТЕ. Почистете добре устройството, за да се предотвратят изсушаване и натрупване на замърсители. Дезинфекцирайте с продукт за контрол на инфекциите, регистриран за употреба за здравни цели, в зависимост от регионалните / националните указания.

Докладване на нежелани ефекти:
Ако усвоите за какъвто вид нежелан ефект, реакция или подобни събития, възникнали от употребата на този продукт, включително тези, които не са изброени в тази инструкция за употреба, моля, докладвайте ги директно чрез съответната система за бдителност, като изберете подходящия орган въз основа на страната, която е достъпна чрез следната връзка:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
както и на нашата система за вътрешен бдителност: vigilance@gc.dental.
По този начин ще допринесете за подобряване на безопасността на този продукт.

Последна редакция: 07/2019

Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití. CS

CAVITY CONDITIONER

PROSTŘEDEK NA OČISTĚNÍ KAVITY

K použití pouze ve stomatologické praxi v doporučených indikacích.

DOPORUČENÉ INDIKACE
CAVITY CONDITIONER je slabý roztok kyseliny polyakrylové na odstranění sprašové vrstvy (smear layer) a kondicionování dentinu a skloviny, čímž dochází k posílení vazebné síly mezi skloionomerní / sklo hybridní cementy a zubní strukturou.

KONTRAINDIKACE
Tento výrobek nepoužívejte u pacientů s prokázanou alergií na kyselinu polyakrylovou.

NÁVOD K POUŽITÍ
1. Po přípravě zubu aplikujte CAVITY CONDITIONER na spojovací plochy po dobu 10 sekund za použití bavlněného tampónu či houbičky.
2. Důkladně opláchněte vodou a osušte. NEPŘESUŠUJTE.
3. Aplikujte GC Fuji BOND LC, GC Fuji II LC (improved) nebo jiné skloionomerní / sklo hybridní cementy jako vazební prostředek, bázi / liner nebo výplňový materiál.
4. Lahvičku uzavřete ihned po použití.

SKLADOVÁNÍ
Pro optimální výsledek, skladujte při teplotě 4-25°C (39.2-77.0°F).

BALENÍ
Lahvička 6 g (5.7 ml)

UPOZORNĚNÍ
1. V případě kontaktu s tkání dutiny ústní nebo pokožkou ihned opláchněte vodou.
2. V případě kontaktu s očima vypláchněte okamžitě vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
3. V ojedinělých případech může výrobek způsobit citlivost u některých osob. Jestliže jsou zaznamenány takové reakce, výrobek více nepoužívejte a vyhledejte lékaře.
4. Při práci vždy používejte osobní ochranné prostředky, jako jsou rukavice, obličejové masky a ochranné brýle.

Některé výrobky, které jsou uváděné v návodu k použití, mohou být klasifikovány jako nebezpečné podle GHS. Vždy se seznamte s bezpečnostními listy, které jsou k dispozici na adrese:
http://www.gceurope.com
Můžete je také získat u svého dodavatele.

ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE:
OPAKOVANĚ POUŽÍVANÉ DÁVKOVACÍ SYSTÉMY: aby se zabránilo křížové kontaminaci mezi pacienty, vyžadují tyto dávkovací systémy střední úroveň dezinfekce. Ihned po použití zkontrolujte a označte v případě pochybností. Zrehodnoťte, pokud došlo k poškození dávkovacího systému.
NEPONOŘUJTE. Aby nedocházelo k zaschnutí a hromadění nečistot, důkladně očistěte dávkovací systém. Dezinfikujte produktem registrovaným pro střední úroveň dezinfekce dle místních zdravotních předpisů.

Hlášení nežádoucích účinků:
Pokud obdržíte upozornění o jakémkoli nežádoucím účinku, reakci či podobných událostech, které jsou spojeny s používáním tohoto přípravku, a to včetně těch, které nejsou uvedeny v tomto návodu k použití, oznamte to přímo prostřednictvím příslušného systému hlášení nežádoucích účinků patřičnému úřadu ve vaší zemi, který je přístupný v následujícím odkazu:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
stejně jako našemu systému hlášení nežádoucích událostí: vigilance@gc.dental
Tímto způsobem přispějete ke zvýšení bezpečnosti tohoto produktu.

Poslední upravené: 07/2019

Prije uporabe pažljivo pročitati upute za uporabu. HR

CAVITY CONDITIONER

SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE KAVITETA

Samo za stručnu stomatološku uporabu u preporučenim indikacijama.

PREPORUČENE INDIKACIJE
CAVITY CONDITIONER je blaga otopina poliakrilne kiseline za uklanjanje zaostalog prljavog sloja s dentina i za kondicioniranje dentina i cakline, što znatno učvršćuje spoj stakleniomonomer / stakleni hibrid i zubnog tkiva.

KONTRAINDIKACIJE
Izbjegavati uporabu ovog proizvoda kod pacijenata s poznatom alergijom na poliakrilne kiseline.

UPUTE ZA UPORABU
1. Nakon preparacije zuba, CAVITY CONDITIONER nanijeti kuglicom vate ili spužvicom na površine za spajanje u trajanju od 10 sekundi.
2. Temeljito isprati vodom i osušiti. NE PRESUŠITI.
3. Nanijeti GC Fuji BOND LC, GC Fuji II LC (improved) ili drugi staklenionomer / stakleni hibrid kao sredstvo za spajanje, podlogu / liner ili restaurativni materijal.
4. Bočicu odmah zatvoriti nakon uporabe.

ČUVANJE
Za optimalne rezultate preporuča, čuvati na temperaturi od 4-25°C.

PAKIRANJE
Bočica s 6 g (5.7 ml) tekućine

UPOZORENJE
1. U slučaju dodira s kožom ili sluznicom odmah isprati vodom.
2. U slučaju dodira s očima odmah isprati vodom i potražiti liječnika.
3. Proizvod ne rabiti kod pojedinca alergičnih na poliakrilnu kiselinu i staklenionomerne cemente. U slučaju alergijske reakcije obratiti se liječniku.
4. Osobna zaštitna sredstva, kao što su rukavice, maska za lice i sigurnosna zaštita za oči, treba uvijek nositi.

Neki proizvodi spomenuti u ovoj Uputi za uporabu mogu se klasificirati kao opasni prema GHS. Uvijek provjerite u sigurnosno tehničkom listu na:
http://www.gceurope.com
Također su dostupni kod vaše dobavljača.

ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA:
VIŠEKRATNO UPOTREBLJIVA PAKIRANJA: kako bi se izbjeglo onečišćenje između pacijenata ova višekratno upotrebljiva pakiranja zahtijevaju dezinfekciju srednje razine. Odmah nakon uporabe pregledati višekratno upotrebljivo pakiranje i označiti oštećenja ako je ima. Oštećenu napravu odbaciti.
NE URANJATI U TEKUĆE SREDSTVO ZA DEZINFEKCIJU. Temeljito očistiti višekratno upotrebljivo pakiranje kako bi se spriječilo sušenje i nakupljanje onečišćenja. Dezinficirati sredstvom za dezinfekciju srednje razine prema registriranoj
zdravstveno-infektivnoj kontroli sukladno regionalno / nacionalnim smjernicama.

Izvješćivanje o neželjenim učincima:
Ako postanete svjesni bilo kakvih neželjenih učinaka, reakcija ili sličnih događaja do kojih je došlo uporabom ovog proizvoda, uključujući i one koji nisu navedeni u ovom uputstvu za uporabu, molimo da ih prijavite direktno kroz odgovarajući sustav nadzora, odabirom odgovarajućeg autoriteta u vašoj državi, dostupno putem sljedeće veze:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
ili na naš interni sustav nadzora: vigilance@gc.dental
Na taj način doprinijeti poboljšanju sigurnosti ovog proizvoda.

Zadnje izdanje: 07/2019

Használat előtt az útmutatót olvassa el figyelmesen! HU

CAVITY CONDITIONER

KAVITÁSTISZTÍTÓ ANYAG

Felhasználását csak szakképzett fogászati személyzetnek javasoljuk a megadott felhasználási területen.

AJÁNLOTT ALKALMAZÁSI TERÜLET
A CAVITY CONDITIONER egy hig poliakrilsavas oldat, mely eltávolítja a smear-layert, valamint kondicionálja a zománcot és a dentint, ezáltal javítja a fogszövet és az üvegionomer / üvegbirkozó közötti tapadást.

ELLENJAVALLATOK
Kerülje a termék használatát poliakrilsav allergiás páciensek esetében.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
1. A preparálás után egy vattagombocskával vagy szivaccsal vigyen fel a kötési felületekre CAVITY CONDITIONERT 10 másodpercre.
2. Öblítse le alaposan, és enyhén szárítsa le. NE SZÁRÍTSA KI.
3. Appliká lujon GC Fuji BOND LC, GC Fuji II LC (improved) vagy más üvegionomer / üvegbirbó anyagot bond, alábélelő / liner vagy helyreállító anyagként.
4. Használat után azonnal zárja vissza az üveget.

TÁROLÁS
Az optimális teljesítmény érdekében, 4-25°C (39,2-77,0°F) közötti hőmérsékleten tárolandó.

KISZERELÉS
6 g (5.7 ml) üvegben

FIGYELMEZTETÉS
1. Amennyiben az anyag nyálkahártyával vagy bőrre kerül, azonnal öblítse le vízzel.
2. Amennyiben az anyag a szembe kerül, azonnal öblítse ki és forduljon orvoshoz.
3. A termék ritkán érzékenységi reakciót válthat ki egyes személyeken. Amennyiben hasonló tapasztal, függessze fel a termék használatát, és páciense forduljon szakorvoshoz.
4. Mindig viseljen személyi védőfelszerelést, mint például kesztyűt, maszkot, biztonsági szemvédőt.

Némely, a jelen használati útmutatóban említett termék a GHS besorolás szerint veszélyes lehet. Mindig tájékozódjon a biztonsági adatlapokból, melyek az alábbi címen érhetőek el:
http://www.gceurope.com
Az adatlapokat igényelheti beszállítójától is.

TISZTÍTÁS ÉS FERTŐTLENÍTÉS:
TÖBBCÉLÚ KISZERELÉS: a páciensek közti keresztfertőzések elkerülésének érdekében ez az eszköz közepes szintű dezinfekciót igényel. A használat után azonnal ellenőrizze az eszközt és a címke sértettségét. Amennyiben sérült dobja ki.
NE MERÍTSE FOLYADÉKBA. Alaposan tisztítsa meg az eszközt a szennyeződések megtapadásának vagy rászáradásának elkerülésére. Fertőtlenítse egészségügyben regisztrált közepes szintű infekciókontroll csoportba tartozó termékkel, a regionális / nemzeti előírásoknak megfelelően.

Nem kívánt hatások jelzése:
Amennyiben bármilyen nem kívánt hatást, reakciót vagy hasonló eszközt a termék használata eredményeként, olyat is ami nem szerepel a használati utasításban található felsorolásban, kérjük jelentse közvetlenül a megfelelő hatóságnak. Az alábbi linken tudja kiválasztani az Ön országának megfelelő hatóság elérhetőségét:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
Kérjük, jelentse az esetet a saját, belső figyelmeztető szolgálatunknak is:
vigilance@gc.dental
Ezáltal hozzájárul Ön is ezen termék biztonságos használatának javításához.

Utoljára módosítva: 07/2019

Przed użyciem przeczytaj uważnie instrukcję stosowania. PL

CAVITY CONDITIONER

ŚRODEK DO OCZYSZCZANIA UBYTKU

Wyłącznie do stosowania przez lekarza dentystę według zalecanych wskazań.

WSKAZANIA
CAVITY CONDITIONER jest delikatnym roztworem kwasu poliakrylowego, przeznaczonym do usuwania warstwy mazistej i kondycjonowania zębiny i szkliwa, co zwiększa adhezję szkło-jonomer / hybrydę szkła do tkanki zęba.

PRZECIWWSKAZANIA
Należy unikać stosowania tego produktu u pacjentów ze stwierdzoną alergią na kwas poliakrylowy.

INSTRUKCJA STOSOWANIA
1. Po preparacji zęba, nanieść na łączone powierzchnie CAVITY CONDITIONER na 10 sekund używając wacika lub gąbki.
2. Obfitość bez opaski wodą i osuszyć. NIE PRZESUSZYĆ.
3. Nałożyć GC Fuji BOND LC, GC Fuji II LC (improved) lub inny szkło-jonomer / hybrydę szkła jako środek wiążący, podkład / liner lub materiał do wypełnień.
4. Butelkę zamykać bezpośrednio po użyciu.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Do zapewnienia optymalnych właściwości zalecane jest, przechowywać w temperaturze 4-25°C.

OPAKOWANIA
Butelka 6 g (5,7 mL)

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. W przypadku kontaktu z błoną śluzową jamy ustnej lub skórą, spłukać niezwłocznie wodą.
2. W przypadku kontaktu z oczami, natychmiast spłukać wodą i skonsultować się z lekarzem specjalistą.
3. W rzadkich przypadkach, u niektórych osób produkt może wywołać alergię. Jeżeli dojdzie do takich reakcji, należy przerwać stosowanie produktu i skonsultować się z lekarzem.
4. Zawsze powinny być używane środki ochrony indywidualnej (PPE), takie jak rękawice, maski i okulary ochronne.

Niektóre produkty wymienione w niniejszej instrukcji stosowania mogą być sklasyfikowane jako niebezpieczne zgodnie z GHS. Zawsze należy zapoznać się z kartami charakterystyki dostępnymi na stronie:
http://www.gceurope.com
Można je również otrzymać od dostawcy.

CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA
WYROBY MEDYCZNE WIELORAZOWEGO UŻYCIA: Aby uniknąć krzyżowego zakażenia między pacjentami wyrób wymaga dezynfekcji średniego stopnia. Bezpośrednio po użyciu produkt oraz etykietę należy badać pod kątem uszkodzenia. Wyrzucić wyrób w razie stwierdzenia uszkodzenia.
NIE ZANURZAĆ W SZCZONACH DEZYNFEKCYJNYCH. Dokładnie oczyścić produkt, aby zapobiec wysychaniu i akumulacji substancji zanieczyszczających. Dezynfekcję wykonywać dopuszczonym do stosowania środkiem klasy medycznej do zapobiegania infekcjom zgodnie z wytycznymi regionalnymi / krajowymi.

Raportowanie działań niepożądanych:
Jeśli zauważysz jakiekolwiek niepożądane działanie, reakcję lub doświadczysz podobnych zdarzeń po zastosowaniu tego produktu, uwzględniając takie, które nie zostały wymienione w tej instrukcji stosowania, zgłoś je bezpośrednio w odpowiedniej jednostce monitorowania, wybierając właściwy organ w Twoim kraju dostępny za pośrednictwem poniższego linku:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
ja krównież do naszej wewnętrznej jednostki monitorowania: vigilance@gc.dental
W ten sposób przyczyniasz się do poprawy bezpieczeństwa tego produktu.

Ostatnia aktualizacja: 07/2019

Înainte de utilizare, citiţi cu atenţie instrucţiunile de folosire. RO

CAVITY CONDITIONER

AGENT DE CURĂŢARE A CAVITĂŢII

A se folosi doar de către medicii stomatologi conform indicaţiilor recomandate.

INDICAŢII RECOMANDATE
CAVITY CONDITIONER este o soluţie alcalină de conţine acid poliacrilic destinat să îndepărtez stratul de praf dentinar şi să condiţioneze dentina şi smaltul, obţinând-se astfel o adeziune îmbunătăţită între ionomer de sticlă / sticlă hibridă şi structura dinteului.

CONTRAINDICAŢII
Evitaţi utilizarea acestui produs în cazul pacienţilor cu alergii cunoscute la acidul poliacrilic.

INDICAŢII DE FOLOSIRE
1. După pregătirea dinteului, aplicaţi pe suprafaţa de adeziune CAVITY CONDITIONER timp de 10 secunde folosind o buletă sau un burete.
2. Clătiţi bine cu apă şi uscaţi. NU DESICAŢI.
3. Aplicaţi GC Fuji BOND LC, GC Fuji II LC (improved) sau un alt ionomer de sticlă/sticlă fibridă ca agent de adeziune, bază / liner sau material de restaurare.
4. Închideţi flaconul imediat după utilizare.

DEPOZITARE
Pentru o performanţă optimală se recomandă, depozitaţi la temperatura de 4-25°C (39.2-77.0°F).

AMBALARE
Flacon de 6 g (5.7 ml)

ATENŢIE
1. În cazul contactului cu mucoasa sau pielea, clătiţi imediat cu apă.
2. În cazul contactului cu ochii, clătiţi imediat cu multă apă şi consultaţi medicul oftalmolog.
3. În cazul rar, produsul poate cauza sensibilitate la anumite persoane. Dacă apar astfel de reacţii, încetaţi utilizarea produsului şi adresaţi-vă unui medic.
4. Echipamentul personal de protecţie cum ar fi mănuşi, măşcă şi ochelari de protecţie trebuie utilizat întotdeauna.

Unele produse menţionate în cadrul Instrucţiunilor de Folosire pot fi clasificate ca fiind periculoase conform GHS. Familiarizaţi-vă întotdeauna cu Fişele de Siguranţă disponibile la:
http://www.gceurope.com
Poi fi obţinute de asemenea şi de la distribuitorul dumneavoastră.

CURĂŢAREA ŞI DEZINFECTAREA
RECIPIENTE DESTINATE UTILIZĂRILOR MULTIPLE: pentru a se evita contaminarea încrucişată între pacienţi acest dispozitiv necesită un nivel mediu de dezinfectare. Imediat după utilizare inspectaţi recipientul şi eticheta pentru a observa dacă au suferit deteriorări. În cazul în care recipientul este deteriorat, renunţaţi la utilizarea sa.
A NU SE SCUFUNDA ÎN SOLUŢIA DEZINFECTANTĂ. Curăţaţi dispozitivul pentru a preveni uscarea şi acumularea substanţelor poluante. Dezinfectaţi cu un produs medical autorizat pentru prevenirea şi controlul infecţiilor de nivel mediu în conformitate cu reglementările naţionale / regionale.

Raportarea efectelor nedorite:
În cazul în care apar orice fel de efecte nedorite, reacţii adverse sau evenimente similare ca urmare a utilizării acestui produs, inclusiv a celor neincluse în acestea instrucţiuni de folosire, vă rugăm să le raportaţi direct către sistemul de control competent, relevant, prin selectarea instituţiei corespunzătoare din ţara dumneavoastră din lista disponibilă în link-ul următor:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
precum şi către sistemul nostru de control intern: vigilance@gc.dental
În acest fel veţi contribui la îmbunătăţirea siguranţei oferite de acest produs.

Revizuit ultima dat: 07/2019

Внимательно прочитайте инструкцию перед применением. RU

CAVITY CONDITIONER
КАВИТИ КОНДИЦИОНЕР

СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОЛОСТИ

Материал предназначен только для профессионального применения в соответствии с показаниями, описанными в настоящей инструкции.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
CAVITY CONDITIONER - это слабый раствор полиакриловой кислоты, предназначенный для удаления смазанного слоя и для кондиционирования дентина и эмали, что усиливает связь стеклоиономерный / стеклогибридный с тканями зуба.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Не использовать у пациентов, имеющих в анамнезе аллергию на полиакриловую кислоту.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
1. Отпрепарируйте полость, затем нанесите CAVITY CONDITIONER на подготовленные поверхности с помощью губки или ватного тампона на 10 секунд.
2. Тщательно промойте водой и просушите. НЕ ПЕРЕСУШИВАЙТЕ.
3. Нанесите GC Fuji BOND LC, GC Fuji II LC (Improved) или другой стеклоиономерный / стеклогибридный материал в качестве бонд-агента, базы, подкладки или реставрационного материала.
4. Сразу после использования материала плотно закройте флакон.

ХРАНЕНИЕ
Для поддержания оптимальных рабочих качеств, храните при температуре 4-25°C (39.2-77.0°F).

УПАКОВКА
Флакон 6 г (5.7 мл)

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
1. При попадании материала на слизистые полости рта или на кожу, промойте их водой.
2. При попадании в глаза немедленно промойте большим количеством воды и обратитесь к врачу-специалисту.
3. В редких случаях у некоторых пациентов наблюдалась повышенная чувствительность к материалу. В случае возникновения аллергических реакций немедленно прекратить использование материала и обратиться к врачу соответствующей специализации.
4. При работе всегда используйте средства индивидуальной защиты (ППЕ) – перчатки, защитные маски, защитные очки.

Некоторые продукты, упоминаемые в настоящей Инструкции, могут быть классифицированы как опасные в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой классификации и маркировки химических веществ (GHS). Обязательно ознакомьтесь с соответствующими Паспортами безопасности (safety data sheets), доступными по ссылке:
http://www.gceurope.com
Паспорта безопасности можно также запросить у Вашего поставщика.

ОЧИЩЕНИЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ:
МНОГОРАЗОВЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ: во избежание перекрестной передачи микробиоты от пациента к пациенту инструменты подобных систем требуют проведения средней степени промежуточного уровня. Сразу после применения проверьте инструмент и заводские метки на предмет повреждений. В случае обнаружения повреждений немедленно прекратите использование инструмента.
НЕ ПОГРУЖАТЬ В ЖИДКОСТЬ. Тщательно очищайте инструмент во избежание образования скоплений загрязняющих частиц и их последующего прилипания к поверхности инструмента. Производите дезинфекцию, используя одобренные органами здравоохранения средства инфекционного контроля, рекомендованные для проведения дезинфекции промежуточного уровня; в процессе проведения дезинфекции соблюдайте соответствующие нормативы регионального / национального правового регулирования.

Информация о нежелательных событиях, которые имеют признаки неблагоприятного события (инцидента): при использовании вышеизложенного материала на территории Российской Федерации, может быть направлена уполномоченному представителю производителя в РФ: ООО «Кафедральная Фарма»: e-mail: dental@kraftway.ru; http://www.kraftwaydental.ru, 129626, г. Москва, ул. 3-я Мытищинская, д. 16, строение 60, комната 30, помещение I, этаж 5, 8 495 232-69-33.

Последняя редакция: 07/2019

左右 594× 天地 150mm

Pred použitím si dôkladne prečítajte návod na použitie. SK

CAVITY CONDITIONER

PROSTRIEDOK NA ČISTENIE KAVITY

Na použitie len v stomatologickej praxi v doporučených indikáciách.

DOPORUČENÉ INDIKÁCIE
CAVITY CONDITIONER je slabý roztok kyseliny polyakrylovej, určený na odstránenie sprášovej vrstvy (smear layer), ošetrenie dentínu a skloviny, a tým posilnenie väzby medzi sklonomérmi / sklo hybrid a štruktúrou zuba.

KONTRAINDIKÁCIE
Tento výrobok nepoužívajte u pacientov s preukázanou alergiou na kyselinu polyakrylovú.

NÁVOD NA POUŽITIE
1. Po preparácii zuba naneste na vlhzobný povrch pomocou vatového tampónu alebo špongie CAVITY CONDITIONER na 10 sekúnd.
2. Dôkladne opláchnite vodou a vysušte. NEPRESUŠAJTE.
3. Naneste GC Fuji Bond LC, GC Fuji II LC (improved) alebo iný sklonomér / sklo hybrid ako bondovacie činidlo, bázu/podložku alebo výplňový materiál.
4. Fláštičku ihneď po použití uzatvorte.

USKLADNENIE
Pre zachovanie optimálnych fyzikálnych vlastností sa, skladuje pri teplote 4-25°C (39,2-77,0°F).

BALENIE
Fláštička 6 g (5,7 ml)

VÝPOZORNENIE
1. V prípade zasiahnutia ústnej sliznice alebo pokožky ihneď opláchnite vodou.
2. V prípade zasiahnutia očí ihneď vypláchnite vodou a vyhľadajte lekára.
3. V ojedinelých prípadoch môže výrobok spôsobiť citlivosť u niektorých osôb. Ak sa vyskytne takáto reakcia, prerušte používanie výrobku a vyhľadajte lekára.
4. Vždy používajte ochranné pomôcky ako rukavice, masku a ochranný kryt očí.

Niektoré výrobky uvádzané v návode na použitie, môžu byť klasifikované ako nebezpečné podľa GHS. Vždy sa oboznámte s bezpečnostnými kartami, ktoré sú k dispozícii na adrese:
http://www.gceurope.com
Môžete ich tiež získať od svojho dodávateľa.

ČISTENIE A DEZINFEKCIA:
DÁVKOVACIE SYTEMY PRE VIACNÁSOBNÉ POUŽITIE: aby sa zabránilo krížovej kontaminácii medzi pacientami vyžadujú lieto dávkovacie systémy strední - úroveň dezinfekcie, ihneď po použití skontrolujte, či nie je dávkovací systém a štítok poškodený. V prípade poškodenia, ho ihneď zlikvidujte.
NEPONÁRAJTE DO TEKUTÍN. Dávkovací systém dôkladne očistite, aby sa zabránilo vysýchaniu a hromadeniu nečistôt. Dezinfikujte s registrovanými zdravotnými prostriedkami na strednej úrovni dezinfekcie v závislosti na regionálnych / národných smerniciach.

Hlásenie nežiadúcich účinkov:
Ak sa Vám vyskytnú akékoľvek nežiadúce účinky, reakcie alebo podobné udalosti, pri používaní tohto výrobku vrátane tých, ktoré nie sú uvedené v tomto návode na použitie, oznámte im ihneď svojej príslušnej vigilance systém, zadaním správnej autority Vašej krajiny, na nasledujúcom linku:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
ako aj na našom vnútornom systéme adelosti: vigilance@gc.dental
Týmto spôsobom prispejete k zvýšeniu bezpečnosti tohto výrobku.

Naposledy upravené: 07/2019

Pred uporabo previdno preberite navodila za uporabo. SL

CAVITY CONDITIONER

POLIAKRILNA KISLINA ZA JEDKANJE KAVITET

Uporaba samo za profesionalne namene in za priporočene indikacije.

PRIPOROČENE INDIKACIJE
CAVITY CONDITIONER je blag raztvor poliakrilne kiseline za uklanjanje zaostalog prijavog sloja s dentina i za kondicioniranje dentina i gleda, što znatno učvršćuje glasjonomer / stakleni hybrid i zubnog tkiva.

KONTRAINDIKACIJE
Izbjegli ili koristite ovaj proizvoda kod pacijenata s poznatom alergijom na poliakrilne kiseline.

NAVODILA ZA UPORABO
1. Po preparaciji zuba, naneste CAVITY CONDITIONER na vezavne površine za 10 sekund s pomočjo vatne kroglice ali gobice.
2. Močno operite z vodo in osušite. NE IZSUŠITE.
3. Naneti GC Fuji BOND LC, GC Fuji II LC (improved) ali drugi steklo ionomer/steklo hibrid, kot vezavno sredstvo, podlogo/liner ali restavrativni material.
4. Stekleničko zaprite takoj, ko končate z uporabo.

SHRANJEVANJE
Za optimalne lastnosti, shranjujte pri temperaturi 4-25°C (39,2-77,0°F).

PAKIRANJE
Steklenička s 6 g (5,7 ml)

OPOZORILI
1. V primeru stika s zračnimi tkivi ali kožo, takoj sperite z vodo.
2. V primeru stika z očmi, takoj sperite z vodo in poiščite zdravniško pomoč.
3. V redkih primerih lahko izdelek pri nekaterih ljudeh povzroči preobčutljivost. V takem primeru prekinite z uporabo in napotite pacienta k zdravniku.
4. Osebna varovalna oprema kot so rokavice, obrazna maska in zaščitna očala se mora vedno uporabljati.

Nekateri proizvodi omenjeni v predhodnih navodilih za uporabo so lahko klasificirani kot nevarni glede na GHS. Vedno se podučite o navodilih za varno uporabo na:
http://www.gceurope.com
Lahko pa jih dobite tudi pri svojem zastopniku.

ČIŠČENJE IN DEZINFEKCIJA:
SISTEM ZA VEČKRATNO UPORABO: da se izognete navzkrižni kontaminaciji med pacientom in sistemom za večkratno uporabo, je zahtevana dezinfekcija srednjega nivoja. Tako po uporabi pregleste sistem za večkratno uporabo in označite poškodbe če so le-te prisotne. Poškodovan sistem zavrzite.
NE NAMAKAJTE V TEKOČE SREDSTVO ZA DEZINFEKCIJO. Temeljito očistite sistem za večkratno uporabo, da preprečite sušenje in nabiranje nečistote. Dezinficirajte s sredstvom za dezinfekcijo srednjega nivoja, registriranega pri zdravstveno inštitucijo kontrolo skladno z regionalno/lokalno regulativo.

Poročilo o neželenih učinkih:
Če se zaradi kakršnih koli neželenih učinkov, reakcij ali podobnih dogodkov, do katerih je prišlo pri uporabi tega izdelka, vključno s tistimi, ki niso navedeni v tem navodilu za uporabo, jih prijavite neposredno prek ustreznega sistema za zahtevi nadzor, tako da izberete ustrezen organ v vaši državi dostopni preko naslednje povezave:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_sl
kot tudi v našem sistemu notranjega nadzora: vigilance@gc.dental
Na ta način boste prispevali k izboljšanju varnosti tega izdelka.

Zadnja izdaja: 07/2019

Pre upotrebe pažljivo pročitati uputstvo. SR

CAVITY CONDITIONER

SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE KAVITETA

Samo za stručnu stomatološku upotrebu u preporučenim indikacijama.

PREPORUČENE INDIKACIJE
CAVITY CONDITIONER je blagi rastvor poliakrilne kiseline za uklanjanje zaostalog prljavog sloja s dentina i za kondicioniranje dentina i gleđi, što znatno učvršćuje glasjonomer / stakleni hybrid i zubnog tkiva.

KONTRAINDIKACIJE
Izbeći korišćenje ovog proizvoda kod pacijenata s poznatom alergijom na poliakrilne kiseline.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU
1. Posle preparacije zuba, CAVITY CONDITIONER naneti kuglicom vate ili sunđerom na površine za spajanje u trajanju od 10 sekundi.
2. Temeljno isprati vodom i osušiti. NE PRESUŠITI.
3. Naneti GC Fuji BOND LC, GC Fuji II LC (improved) ili drugi glasjonomer / stakleni hybrid kao sredstvo za spajanje, podlogu / lajner ili restaurativni materijal.
4. Bočicu odmah zatvoriti posle upotrebe.

ČUVANJE
Za optimalno korišćenje preporučuje se, čuvati na temperaturi od 4-25°C.

PAKOVANJE
Bočica s 6 g (5,7 ml) tečnosti

UPOZORENJE
1. U slučaju dodira s ustima ili sluzokožom odmah isprati vodom.
2. U slučaju dodira s očima odmah isprati vodom i potražiti lekara.
3. Proizvod ne koristiti kod pacijenata alergičnih na poliakrilnu kiselinu i glasjonomer cemente. U slučaju alergijske reakcije obratiti se lekaru.
4. Lična zaštitna sredstva, kao što su rukavice, maska za lice i sigurnosna zaštita za oči, treba uvek nositi.

Neki proizvodi pomenuti u ovom Uputstvu za upotrebu su lako klasifikirani kao opasni prema GHS. Uvek proverite u sigurnosno tehničkom listu na:
http://www.gceurope.com
Takođe su dostupni kod vašeg dobavljača.

ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA:
VIŠEKRATNO UPOTREBLJIVA PAKOVANJA: kako bi se izbegla kontaminacija između pacijenata ova višekratno upotrebljiva pakovanja zahtevaju dezinfekciju srednjeg nivoa. Odmah posle upotrebe pregledati višekratno upotrebljivo pakovanje i označiti oštećenja ako ih ima. Oštećenu spremu baciti.
NE URANJATI U TEČNO SREDSTVO ZA DEZINFEKCIJU. Temeljno očistiti višekratno upotrebljivo pakovanje kako bi se spriečilo sušenje i nakupljanje prljavštine. Dezinfikovati sredstvom za dezinfekciju srednjeg nivoa prema registrovanoj zdravstveno-infektivnoj kontroli u skladu sa regionalno/nacionalnim smernicama.

Obaveštavanje o neželenim dejstvima:
Ako postanete svesni bilo kakvih neželenih dejstava, reakcija ili sličnih događaja do kojih je došlo upotrebom ovog proizvoda, uključujući i one koji nisu navedeni u ovom uputstvu za upotrebu, molimo da ih prijavite direktno kroz odgovarajući sistem nadzora, dodirom odgovarajućeg autoriteta u vašoj državi, dostupno putem sledeće veze:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
kao i na naš interni sistem nadzora: vigilance@gc.dental
Na ta način doprinećete poboljšanju sigurnosti ovog proizvoda.

Poslednja revizija: 07/2019

Перед застосуванням уважно прочитайте інструкцію з використання. UK

CAVITY CONDITIONER

РОЗЧИН ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОРОЖНИН

Для використання лише лікарями-стоматологами у випадках, що описані в даній інструкції.

ПОКАЗАННЯ
CAVITY CONDITIONER – це слабкий розчин поліакрилової кислоти, призначений для зняття змазаного шару і кондиціонування дентину та емалі, що посилює адгезію між клюномером/склогібрид та структурами зуба.

ПРОТИПОКАЗАННЯ
Не використовуйте цей матеріал для пацієнтів з алергією на поліакрилову кислоту.

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОРИСТАННЯ
1. Після препарування зуба, нанесіть на поверхні, що призначені для з'єднання, CAVITY CONDITIONER на 10 секунд за допомогою ватної кульки або аплікатора.
2. Ретельно промийте водою та підсушіть. НЕ ПЕРЕСУШУЙТЕ.
3. Нанесіть GC Fuji BOND LC, GC Fuji II LC Improved або інший с клюномер/гібрідом в якості бондинг-агента, базиї/підкладки або реставраційного матеріалу.
4. Закривайте пляшечку одразу після використання.

ЗБЕРІГАННЯ
Для оптимальних робочих характеристик рекомендується, зберігати у прохолодному та темному місці при температурі 4-25°C (39,2-77,0°F).

УПАКОВКА
Пляшечка 6 г (5,7 мл)

УВАГА
1. У випадку контакту з тканинами порожнини рота або зі шкірою негайно промийте водою.
2. При потраплянні в очі промийте великою кількістю води та зверніться до лікаря.
3. В поодиноких випадках матеріал може викликати чутливість у деяких пацієнтів. У разі виникнення таких реакцій припиніть використання матеріалу та зверніться до лікаря відповідної спеціалізації.
4. Завжди використовуйте засоби індивідуального захисту, такі як захисні рукавички, маски та захисні засоби для очей.

Деякі зі згаданих у даній інструкції з експлуатації продуктів можуть бути охарактеризовані як небезпечні згідно з GHS. Завжди ознайомлюйтеся з паспортами хімічної безпеки продуктів, які можна завантажити за наступним посиланням:
http://www.gceurope.com
Паспорти хімічної безпеки також можна отримати у Вашого постачальника.

ОЧИЩЕННЯ ТА ДЕЗИНФЕКЦІЯ:
СИСТЕМИ ДОСТАВКИ БАГАТОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ: з метою запобігання перехресному інфікуванню пацієнтів ці системи вимагають дезінфекції середнього рівня. Одразу після використання перевірайте їх стан. Не використовуйте у разі пошкодження.
НЕ ЗАНУРЮЙТЕ У ДЕЗИНФІКУЮЧІ РОЗЧИНИ. Ретельно очистіть систему, щоб попередити засихання та накопичення забруднень. Продезінфікуйте її дезінфікуючим засобом для середнього рівня дезінфекції, який зареєстрований в установах охорони здоров'я відповідно до регіональних/національних вимог.

Небажані ефекти – Звітність
Якщо ви дізнаєтеся про будь-які небажані наслідки, реакції або подібні випадки, що виникли внаслідок використання цього продукту, включаючи ті, що не зазначені в цій інструкції щодо використання, будь ласка, повідомте про них безпосередньо уповноваженому представнику виробника в Україні за наступним посиланням:
info@kristar.ua
а також до нашої системи внутрішнього контролю: vigilance@gc.dental
Таким чином, ви будете сприяти підвищенню безпеки цього продукту.

Останні зміни внесено: 07/2019

Уповноважений представник в Україні:
Товариство з обмеженою відповідальністю
«КРІСТАР-ЦЕНТР»
вул. Межигірська, буд. 50, кв.2, м. Київ, 04071, Україна
тел/факс: +380445020091, e-mail: info@kristar.ua
kristar.ua
UA.TR.101

Kullanımdan önce, talimatları dikkatlice okuyunuz. TR

CAVITY CONDITIONER

KAVITE TEMİZLEYİCİ AJAN

Sadece önerilen durumlarda bir diş hekimi tarafından kullanılabilir.

ÖNERİLEN DURUMLAR
GC KAVITE ŞARTLAYICISI (CAVITY CONDITIONER), smear tabakasını kaldırarak ve dentini ve mineyi antarak cam iyonomeri/cam hybrid diş yapısı arasındaki bağı güçlendirmek için tasarlanmış bir hafif poliakrilik asit solüsyonudur.

KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR
Bilinen poliakrilik asit alerjisi olan hastalarda bu ürünün kullanımından kaçınılmalıdır.

KULLANIM TALİMATLARI
1. Dişin hazırlanmasından sonra bağ yüzeylerine bir pamuk topağı veya sünger ile sanye boyunca GC KAVITE ŞARTLAYICISINI (CAVITY CONDITIONER) uygulayın.
2. Suyla iyice yıkayın ve kurulayın. TÜMÜYLE KURUTMAYIN.
3. GC Fuji BOND LC, GC Fuji II LC (improved) veya başka bir cam iyonomeri/cam hybrid bağlayıcı bir ajan, baz/astar veya restoratif materyal olarak uygulayınız.
4. Kullanımdan sonra şişeyi derhal kapatın.

SAKLAMA KOŞULLARI
En iyi performans için, 4-25°C (39,2-77,0°F) arasındaki bir sıcaklıkta saklayın.

PAKETLER
Bir şişe 6 g (5,7 mL)

UYARI
1. Ağız dokusuna veya deriye temas etmesi durumunda derhal suyla yıkayın.
2. Gözlere temas etmesi durumunda derhal bol su ile yıkayın ve uzman bir doktora danışın.
3. Nadir olarak ürün bazı kişilerde duyarlılığa neden olabilir. Böyle bir durumla karşılaşılırsa hemen bu ürünün kullanımını durdurun ve derhal bir doktora danışın.
4. Daima eldiven, yüz maskesi ve güvenlik gözlüğü gibi kişisel koruyucu ekipmanlar (KKE) takılmalıdır.

Önceki kullanma kılavuzunda refere edilen bazı ürünler GHS'e göre zararlı sınıflandırılabilir. Daima kendinizi aşağıdaki linkte mevcut olan güvenlik bilgi pusulalarına alıştırabilirsiniz.
http://www.gceurope.com
Aynı zamanda tedarikçiden elde edilebilir.

TEMİZLEME VE DEZENFEKSİYON:
ÇOK-KULLANIMLIK DAĞITICI SİSTEM: Hastalar arasında çapraz kontaminasyonu önlemek için bu cihaz orta-seviye dezenfektan gerekmektedir. Kullanımdan hemen sonra cihazı gözlemleyin ve bozulma için etiketleyin. Eğer zarar görmüşse cihazı çöp atın.
SUYA DALDIRMAYINIZ. Kurumasını ve kontaminasyonun akümülasyonu nu önlemek için tamamen cihazı temizleyiniz. Orta-seviye kayıtlı sağlık bakım- derecesli enfeksiyon kontrol ürünü ile bölgesel/ulusal rehberelere uygun olarak dezenfekte ediniz.

İstenmeyen Etkiler Raporu:
Kullanım talimatında listelenmeyen yan etkiler dahil olmak üzere, bu ürünün kullanımıyla ilgili herhangi bir yan etki (istenmeyen etki), reaksiyon veya benzeri olayların tespiti durumunda aşağıdaki linkten sorumlu kişiler bilgilendiriniz bulunduğunuz ülkenin uygun otoritesini seçerek doğrudan ihtiyat sistemi ile lütfen rapor ediniz.
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
İç ihtiyat sistemimize de bilgi vererek; vigilance@gc.dental ; bu ürünün güvenliğini arttırmaya katkıda bulunacaksınız.

Son Revizyon: 07/2019

Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju. LV

CAVITY CONDITIONER

LĪDZEKLIS KAVITĀTES TĪRĪŠANAI

Paredzēts tikai zobārstniecības speciālistam izmantošanai rekomendētās indikācijās.

REKOMENDĒTĀS INDIKĀCIJAS
CAVITY CONDITIONER ir maigs poliakrilskābes šķīdums paredzēts skaidojslāņa noņemšanai un dentīna un emaljas kondicionēšanai un pastiprina stikla jonomēru/hibrīdstiklu un zoba audu saiti.

KONTRINDIKĀCIJAS
Nelietot pacientiem ar alerģiju uz poliakrilskābi.

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI
1. Pēc zoba preparācijas ar vates lodīti vai šķamrītu apliecēt CAVITY CONDITIONER uz saitējamām virsmām uz 10 sekundēm.
2. Noskalot ar ūdeni un nožāvēt. NEPĀRŽĀVĒT.
3. Apliecējiet GC Fuji BOND LC, GC Fuji II LC (improved) vai cita stikla jonomēru/hibrīdstiklu kā adhezīva slāni, bāzi/slaneri vai restaurācijas materiālu.
4. Pēc lietošanas pudeli nekavējoties aiztaisīt.

UZGLABĀŠANA
Optimālai izmantošanai ieteicams uzglabāt istabas, laikvīte 4-25°C (39.2-77.0°F) temperatūrā.

IEPAKOJUMS
6 g pudele (5.7 ml).

BRĪDINĀJUMS
1. Kontakta gadījumā ar mutes dobuma audiem vai ādu nekavējoties noskalot ar ūdeni.
2. Kontakta gadījumā ar acīm nekavējoties noskalot ar ūdeni un vērsties pēc medicīniskas palīdzības.
3. Retos gadījumos produkts var izsaukt jutīgumu. Ja ir novērota šāda reakcija pārtrauciet produkta izmantošanu un vērsieties pie ārsta.
4. Vienmēr jāvelk personīgās aizsargapģērbs, piemēram, cimdi, sejas maskas un acu brīļi.

Dažā šīs instrukcijas produkti saskaņā ar GHS tiek klasificēti kā bīstami. Iepazīties ar Drošības datu lapu var:
http://www.gceurope.com
Tās var saņemt arī no jūsu piegādātāja.

TĪRĪŠANA UN DEZINFEKCIJA:
ATKĀRTOTI LIETOJAMĀS IERĪCES: lai izvairītos no šķērsinfekcijas starp pacientiem, šai ierīcei ir nepieciešama vidējā līmeņa dezinfekcija. Uzreiz pēc lietošanas ierīci un uzlīmi apskatīt un novērtēt tās stāvokli. Ja ierīce ir bojāta, tad to ir jāizmet.
NEMĒRCĒT. Lai izvairītos no kontaminēšanās vielu nožūšanas un akumulācijas ierīci pilnībā notīrīt. Veikt dezinfekciju ar reģistrētu, atļautu izmantošanai infekcijas kontrolei veselības aprūpes jomā, piemērotu vidējā līmeņa produktu, saskaņā ar reģionālām /valsts vadlīnijām.

Nevēlamu blakusefektu zinošanas sistēma:
Ja jums kļūst zināmi jebkādi nevēlami blakusefekti, reakcija vai līdzīgi notikumi, kas padotiesies produkta lietošanas laikā, ieskaitot tādus, kas nav minēti šī produkta instrukcijā, lūgums par tiem ziņot tiešā vigilances sistēmā, izvēloties attiecīgo atbildīgo iestādi savā valstī, kas ir atrodamas šajā saitē:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
kā arī mūsu vigilances sistēmā: vigilance@gc.dental
Tādā veidā jūs sniegsiet savu ieguldījumu uzlabojot produkta lietošanas drošību.

Pēdējo reizi pārskatīts: 07/2019

Prieš pradedami naudoti atidžiai perskaitykite instrukcijas. LT

CAVITY CONDITIONER

ERTMIŲ VALYMUI SKIRTA MEDŽIAGA

Skirtas tik gydytojų-odontologų naudojimui, pagal rekomenduojamas indikacijas.

REKOMENDUOJAMOS INDIKACIJOS
CAVITY CONDITIONER yra švelnus poliakrilinės rūgšties tirpalas, skirtas lipniojo sluoksnio šalinimui ir dentino bei emalio paruošimui , taip stiprinant jungtį tarp stiklo jonomerin/ hibridinį cementą ir danties audinių.

KONTRAINDIKACIJOS
Venkite šio produkto naudojimo pacientams, kuriems pasireiškė jautrumas poliakrilo rūgščiai.

NAUDOJIMO BŪDAS
1. Pirmasi tvarba preparatsioon aplitseeri sidustamispinnad CAVITY CONDITIONER-ga 10 sekundit, kasuta vatikuuli või käsa kruopčiai.
2. Loputa põhjalikult veega ja kuivata. MITTE KUIVATADA LIIGSELT.
3. Paigalda GC Fuji BOND LC, GC Fuji II LC (täiustatud) või mõni teine klaasionomeer-/klaashübriid-, baas-/lainer- või restauratsioonni materjal.
4. Sulge pudel kohe pärast kasutamist.

SÄILITAMINE
Soovitatav parima tulemuse saavutamiseks, säilita temperatuuril 4-25°C (39.2-77.0°F).

PAKENDID
Pudel 6 g (5.7 mL)

HOIATUS
1. Kokkuvõetud suu limaskesta või nahaga pese kohe veega.
2. Silma sattumisel loputa hoolikalt veega ja pöördu vajadusel arsti poole.
3. Harvadel juhtudel võib toode teil juhtuda tundlikkust. Sellisel juhul koheselt kasutada toote kasutamine, vajadusel pöörduda arsti poole.
4. Alati tuleb kanda kaitsevarustust nagu kindad, näomask ja kaitseprillid.

Osad tooted käesolevas kasutusjuhendis võivad olla GHS'is (kemikaalide ühtne klemaalsemalt klassifitseerimis- ja märgistamissüsteem) olla klassifitseeritud kui tervist kahjustavad.
Tutvu alati ohutusjuhenditega, mis on saadaval siin:
http://www.gceurope.com
Samuti saab neid edasimüüja käest.

PUHASTAMINE JA DESINFITSEERIMINE
MITMEKORDSELT KASUTATAVAD KANDESÜSTEEMID: Patsientidevahelise riskontaminatsiooni vältimiseks tuleb see vahend desinfitseerida vahetaple vastava infektsioonikontrolli vahendiga. Kohe peale kasutamist hinda kahjustuste olemasolu seadmel. Kahjustunud vahend kuulub ära viskamisele.
MITTE SISSE KASTA. Saasteainete kinni kuivamise ja kuhjumise ennetamiseks puhasta seade põhjalikult. Desinfitseeri vahetaple vastava infektsioonikontrolli vahendiga järgides kohalikke/ahtuvavahelise juhendeid.

Soovimatu mõju raport:
Kui olete teadlik või eelnevalt kogenud antud toote kasutamisel tekkinud mis tahes soovimatust mõjust, reaktsioonist või muudest sarnastest omadustest, sealhulgas sellistest, mida käesolevas kasutusjuhendis ei ole vahend desinfitseerida vahetaple nendest otse vastavat järelvalvesüsteemi, valides soovi oma rigi asutus allolevalt lingilt:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_et
samuti võite teavitada meie sisesel järelvalvesüsteemi: vigilance@gc.dental
Sel viisil saate aidata seada toote ohutuse parandamisele.

Viimati parandatud: 07/2019

Enne toote kasutamist lugeda hoolikalt kasutamisjuhendit. ET

CAVITY CONDITIONER

KAVITEETI PUHASTUSAINE

Kasutamiseks vaid hambaravis soovituslikel näidustustel.

NÄIDUSTUSED
CAVITY CONDITIONER on laha poliakrüülhappelahus, mis eemaldab määrdunud kihi, et luua tingimused dentiini ja emaili paremaks sidumiseks klaasionomeer/klaashübriid ja hambastruktuuri vahel.

VASTUNÄIDUSTUSED
Vältid toote kasutamist patsientidel, kellel on kindlaks tehtud allergia poliakrüülhappele.

KASUTUSJUHEND
1. Pärast hamba preparatsioonI aplitseeri sidustamispinnad CAVITY CONDITIONER-ga 10 sekundit, kasuta vatikuuli või käsa.
2. Loputa põhjalikult veega ja kuivata. MITTE KUIVATADA LIIGSELT.
3. Paigalda GC Fuji BOND LC, GC Fuji II LC (täiustatud) või mõni teine klaasionomeer-/klaashübriid-, baas-/lainer- või restauratsioonni materjal.
4. Sulge pudel kohe pärast kasutamist.

SÄILITAMINE
Soovitatav parima tulemuse saavutamiseks, säilita temperatuuril 4-25°C (39.2-77.0°F).

PAKENDID
Pudel 6 g (5.7 mL)

HOIATUS
1. Kokkuvõetud suu limaskesta või nahaga pese kohe veega.
2. Silma sattumisel loputa hoolikalt veega ja pöördu vajadusel arsti poole.
3. Harvadel juhtudel võib toode teil juhtuda tundlikkust. Sellisel juhul koheselt kasutada toote kasutamine, vajadusel pöörduda arsti poole.
4. Alati tuleb kanda kaitsevarustust nagu kindad, näomask ja kaitseprillid.

N 080792GCE