Prior to use, carefully read the instructions for use. EN

Essentia®
Light-cured radiopaque universal composite restorative.
For use only by a dental professional in the recommended indications.

RECOMMENDED INDICATIONS
1. Direct restorative for class I, II, III, IV, V cavities.
2. Direct restorative for wedge-shaped defects and root surface cavities.
3. Direct restorative for veneers and diastema closure.

CONTRAINDICATIONS
1. Pulp capping.
2. Avoid use of this product in patients with known allergies to methacrylate monomer or methacrylate polymer.

DIRECTIONS FOR USE
1. Shade Selection
- Make sure the tooth to be restored is clean and not dehydrated.
- Select first an enamel shade, looking to the incisal third of the (neighboring) tooth. Based on the observed value (grayness), choose between Light Enamel (whiter) or Dark Enamel (greyer).
- Continue with the selection of the dentin shade, looking to the cervical part of the (neighboring) tooth. Based on the observed chroma (intensity of the color), choose between Light Dentin (low chroma), Medium Dentin and Dark Dentin (high chroma).
- In small or posterior restorations, the Universal Shade will match most of the cases.
- To mask discolorations, place a thin layer of the Masking Liner over the discoloration.

2. Cavity Preparation
Prepare cavity using standard techniques. Dry by gently blowing with oil free air.
Note: For pulp capping, use calcium hydroxide.

3. Bonding Treatment
For bonding Essentia to enamel and / or dentin, use a light-cured bonding system such as G-Premio BOND, G-ænial® Bond or G-BOND®. Follow the manufacturer's instructions.

4. Placement of Essentia
- Masking Liner
1) Hold the syringe upright and remove the cap by turning counterclockwise. Promptly and securely attach the dispensing tip to the syringe by turning clockwise.
2) Prior to the extrusion of the material, gently trial-push the syringe plunger outside the mouth to make sure that the dispensing tip is securely attached to the syringe. To remove any air from the dispensing tip, gently push forward the syringe plunger with the tip pointing upwards until the material reaches the mouth of the tip.

Note: If there is air inside the dispensing tip, air bubbles may be formed at the time of injection.
3) Place the dispensing tip as close as possible to the cavity, and slowly push the plunger to inject material into it. Alternatively, dispense material onto a mixing pad and transfer to the cavity using a suitable instrument.
4) After use, immediately remove and dispose of the dispensing tip and tightly close the syringe with the cap.

- Dentin, Enamel, Universal shades and Opalescent modifier
1) Dispensing from a syringe
Open syringe cap and dispense material onto a mixing pad. Place the material into the cavity using a suitable placement instrument. After dispensing, screw plunger anticlockwise by a half to full turn to release residual pressure inside the syringe. Close cap immediately after use.
2) Dispensing from a Unitip
Insert the unitip into a commercially available applier. Refer to the applier manufacturer's instructions for use. Remove the cap and extrude material directly into the prepared cavity. Use steady pressure.

- Modifier stains (Red-Brown, Black, White)
Open syringe cap and dispense material onto a mixing pad. Apply the material on the Dentin shade or Enamel shade using a brush or a suitable placement instrument.
Note: Modifier stains are inner stain materials. They should always be covered with Enamel shades or Opalescent modifier after light curing.

Note:
1. The Masking Liner can be used to mask cavity bottom discolorations.
2. The Universal shade can be used to achieve aesthetic posterior restorations in a single layer.
3. The Dentin and Enamel shades should be used following a duo-layering concept. Refer to Clinical Hints for additional details.
4. a. The composite can be stored in the fridge in order to obtain a firmer consistency. Material may be hard to extrude immediately after removing from cold storage. Prior to use, let it stand for a few minutes at room temperature.
b. Layering with a brush wetted with a modeling liquid can ease the shaping of the composite.
5. After dispensing, minimize exposure to ambient light. Ambient light can shorten the manipulation time.

Clinical Hints
a. In the case of small cavities
Restore using a one shade technique. In most cases the use of the Universal shade alone will be sufficient. In cases where a higher degree of translucency is needed, a combination of Dentin and Enamel shades can be selected.
b. In the case of large and/or deep cavities
In most cases a multi-shade layering technique will give the best aesthetic results. To mask discolored dentin, use the Masking liner and continue to build up with an appropriate Dentin shade, and then cover it with an Enamel shade.

CLINICAL HINT 4.1 - EXAMPLES OF CLINICAL APPLICATIONS



CLINICAL HINT 4.2 - MAIN SHADE COMBINATIONS:

Bleach/ Junior	Young	Adult	Senior	Posterior Mono	Posterior Duo
Light Dentin & Light Enamel	Medium Dentin & Light Enamel	Medium Dentin & Dark Enamel	Dark Dentin & Dark Enamel	Universal	Dark Dentin & Light Enamel

c. Use of the modifier syringes
- The Opalescent modifier can be used to add opalescence in the incisal area, using a small thickness into the enamel layer.
- Red-Brown, Black and White modifiers are liquid stains used to characterize the restoration.

5. Contouring before light-curing
Contour using standard techniques.

6. Light-curing
Light cure Essentia using a light curing unit. Keep the light guide as close as possible to the surface. Refer to the following chart for Irradiation Time and Effective Depth of Cure.

Irradiation Time and Effective Depth of Cure

	20 sec. (Halogen / LED) (700mW/cm²) 10 sec. (High power LED) (more than 1200mW/cm²)
Dentin Shades	**LD** 2.0mm
	MD, DD 1.5mm
Enamel & Universal Shades	**LE, DE, U** 2.5mm
Masking Liner	**ML** 1.0mm
Modifiers	**OM** 2.5mm
	RBM 0.1mm
	BM 0.4mm
	WM 1.5mm

Note:
1. Material should be placed and light-cured in layers.
For maximum layer thickness, please consult the above table.
2. A lower light intensity may cause insufficient curing or discoloration of the material.

7. Finishing and Polishing
Finish and polish using diamond burs, polishing points and discs. To obtain a high gloss, polishing pastes can be used.

SHADES
- LD: Light Dentin
- MD: Medium Dentin
- DD: Dark Dentin
- LE: Light Enamel
- DE: Dark Enamel
- U: Universal
- ML: Masking Liner
- OM: Opalescent Modifier
- RBM: Red-Brown Modifier
- BM: Black Modifier
- WM: White Modifier

STORAGE
Recommended for optimal performance, store in a cool and dark place (4 - 25°C / 39.2 - 77.0°F).
Shelf life: 3 years from date of manufacture.

PACKAGES
I. Syringes
1. Essentia Starter Kit Syringe
- 7 syringes (one per each shade: LD; MD; DD; LE; DE; U; ML)
- 20 Dispensing Tips III Plastic + 1 light-protective cover

2. Essentia Modifier Kit
- 4 Syringes: OM, RBM, BM, WM

3. Essentia Syringe Refills
- LD; MD; DD; LE; DE; U; OM, RBM, BM, WM: available in refill of 1 syringe each
- ML: refill of 1 syringe including 20 Dispensing Tips III Plastic

II. Unitips
1. Essentia Starter Kit Unitip
- 30 unitips (5 unitips each in 6 shades: LD; MD; DD; LE; DE; U)
- 1 syringe ML; 20 Dispensing Tips III Plastic + 1 light-protective cover

GC

CE 2797

MANUFACTURED by
GC DENTAL PRODUCTS CORP.
2-285 Toriimatsu-cho, Kasugai, Aichi 486-0844, Japan

DISTRIBUTED by
GC CORPORATION
76-1 Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8585, Japan,

DISTRIBUTED by
GC EUROPE N.V.
Researchpark Haasrode-Leuven 1240,
Interleuvenlaan 33,
B-3001 Leuven, Belgium TEL: +32 16 74 10 00

GC AMERICA INC.
3737 West 127th Street, Alsip, IL 60803 U.S.A.
TEL: +1-708-597-0900

GC ASIA DENTAL PTE. LTD.
11, Tampines Concourse, #03-05 Signapore 528729
TEL: +65 6546 7588

GC AUSTRALIA DENTAL PTY. LTD.
1753 Botany Rd, Banksmeadow, NSW 2019, Australia
TEL: +61 2 9301 8200

RESPONSIBLE MANUFACTURER IN CANADA:
GC AMERICA INC.
3737 West 127th Street, Alsip, IL 60803, U.S.A

PRINTED IN BELGIUM

2. Essentia Unitip Refills
- LD; MD; DD; LE; DE; U: available in refills of 15 unitips

III. Accessories
- Essentia Shade Guide
- GC Unitip Applier II
- Dispensing Tip III Plastic
- Mixing Pad (No. 14B)

NOTES:
Weight and volume per syringe:

	LD, MD, DD	LE, DE	U	ML	OM	RBM, BM, WM
Weight	3.4g	3.8g	4.0g	3.4g	3.8g	2.5g
Volume	2mL	2mL	2mL	2mL	2mL	2.4 mL

Weight and volume per unitip:

	LD,MD,DD	LE,DE	U
Weight	0.27g	0.30g	0.32g
Volume	0.16mL	0.16mL	0.16mL

CAUTION
1. In case of contact with oral tissue or skin, remove immediately with cotton or a sponge soaked in alcohol. Flush with water. To avoid contact, a rubber dam and/or cocoa butter can be used to isolate the operation field from the skin or oral tissue.
2. In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek medical attention.
3. Take care to avoid ingestion of the material.
4. Prior to starting the filling process, partially extrude paste outside of the patient's mouth and away from the patient to ensure paste is flowing properly.
5. Wear plastic or rubber gloves during operation to avoid direct contact with air inhibited resin layers in order to prevent possible sensitivity.
6. For infection control reasons, unitips are for single use only.
7. Wear eye-protective glasses during light-curing.
8. When polishing the polymerized material, use a dust collector and wear a dust mask to avoid inhalation of cutting dust.
9. Do not mix with other similar products.
10. Avoid getting material on clothing.
11. In case of contact with unintended areas of tooth or prosthetic appliances, remove with instrument, sponge, or cotton pellet before light-curing.
12. Do not use Essentia in combination with eugenol-containing materials as eugenol may hinder Essentia from setting.
13. In rare cases the product may cause sensitivity in some people. If any such reactions are experienced, discontinue the use of the product and refer to a physician.
14. Do not wipe the dispensing tip with excessive alcohol as this may cause contamination of the paste.

Some products referenced in the present IFU may be classified as hazardous according to GHS.
Always familiarize yourself with the safety data sheets available at:
http://www.gceurope.com
They can also be obtained from your supplier.

Last revised 05/2019

Vor Gebrauch bitte die Gebrauchsanweisung sorgfältig lesen DE

Essentia®
Lichthärtendes, röntgenopakes Universal-Composite für Restaurationen.
Darf nur von zahnmedizinischem Fachpersonal bei den angegebenen Indikationen verwendet werden.

EMPFOHLENE INDIKATIONEN
1. Direktes Restaurationsmaterial für Kavitäten der Klassen I, II, III, IV und V.
2. Direktes Restaurationsmaterial für keilförmige Defekte und Kavitäten an der Wurzeloberfläche.
3. Direktes Restaurationsmaterial für Verblendungen und Diastema-Verschlüsse.

KONTRAINDIKATIONEN
1. Pulpenüberkappungen.
2. Vermeiden Sie die Verwendung dieses Produkts bei Patienten mit bekannten Allergien gegen Methacrylat-Monomer oder Methacrylat-Polymer.

GEBRAUCHSANLEITUNG
1. Farbton-Auswahl
- Stellen Sie sicher, dass der zu restaurierende Zahn sauber und nicht dehydriert ist.
- Zunächst unter Betrachtung des inzisalen Drittels der (angrenzenden) Zähne einen Schmelz-Farbton auswählen. Basierend auf dem beobachteten Wert (Grauton) zwischen Light Enamel (heller Schmelz, weißer) und Dark Enamel (dunkler Schmelz, grauer) auswählen.
- Unter Betrachtung des zervikalen Anteils der (angrenzenden) Zähne mit der Auswahl des Dentin-Farbtons fortfahren. Basierend auf der beobachteten Chroma (Intensität der Farbe) zwischen Light Dentin (helles Dentin, niedriges Chroma), Medium Dentin (mittleres Dentin, mittleres Chroma) und Dark Dentin (dunkles Dentin, hohe Chroma) auswählen.
- Bei kleinen oder posterioren Restaurationen passt meist der Universalfarbton.
- Um Verfärbungen zu überdecken, eine dünne Schicht des Masking Liners auf die Verfärbung auftragen.

2. Vorbereitung der Kavität
Kavität mit dem Standardverfahren vorbereiten. Mit ölfreier Luft sanft trocknen.
Hinweis: Für Pulpenüberkappungen Kalziumhydroxid verwenden.

3. Bonding
Zum Bonden von Essentia an Schmelz und/oder Dentin ein lichthärtendes Bondingsystem wie G-Premio BOND, G-ænial® Bond oder G-BOND® verwenden. Die jeweilige Gebrauchsanleitung des Herstellers befolgen.

4. Platzierung von Essentia
- Masking Liner
1) Die Spritze aufrecht halten und die Kappe durch Drehen entgegen des Uhrzeigersinns entfernen. Die beiliegende Dosierspitze durch Drehen im Uhrzeigersinn anbringen.
2) Vor dem Herausdrücken des Materials den Spritzenkolben außerhalb des Mundraums zur Probe sanft eindrücken, um sicherzustellen, dass die Dosierspitze sicher auf der Spritze sitzt. Um eventuell angesammelte Luft aus der Dosierspitze zu entfernen, den Spritzenkolben bei nach oben gehaltener Spitze sanft nach vorne drücken, bis das Material an die Öffnung der Spitze gelangt ist.

Hinweis: Wenn sich Luft in der Dosierspitze befindet, können sich bei der Injektion Luftblasen bilden.
3) Die Dosierspitze so nahe wie möglich an die Kavität halten und den Kolben langsam eindrücken, um das Material in die Kavität zu füllen. Alternativ das Material auf einen Anmischblock geben und mit einem geeigneten Instrument in die Kavität geben.
4) Nach Gebrauch entfernen Sie die Dosierspitze schnellstmöglich und verschließen Sie die Spritze mit der dazugehörigen Kappe.

- Dentin-, Schmelz-, Universal-Farbtöne und opaleszenter Modifikator
1) Entnehmen aus der Spritze
Die Spritzenkappe öffnen und das Material auf einen Anmischblock drücken. Das Material mit einem geeigneten Instrument in die Kavität einbringen. Nach dem Herausdrücken den Kolben einmal halb oder ganz gegen den Uhrzeigersinn drehen, um verbleibenden Druck aus der Spritze abzulassen. Die Kappe sofort nach Verwendung wieder schließen.
2) Entnehmen aus einem Unitip
Den Unitip in einen handelsüblichen Applikator einsetzen. Dabei die Gebrauchsanleitung des Herstellers für den Applikator beachten. Die Kappe entfernen und das Material direkt in die vorbereitete Kavität drücken. Dabei gleichmäßigen Druck anwenden.

- Modifikator-Farbtöne (rotbraun, schwarz, weiß)
Die Spritzenkappe öffnen und das Material auf einen Anmischblock drücken. Das Material mit einem Pinsel oder einem geeigneten Instrument auf den Dentin- oder Schmelzfarbton aufbringen.
Hinweis: Modifikator-Farbtöne sind Farbmaterialien für innere Schichten. Sie sollten nach der Lichthärtung immer mit Schmelzfarbtönen oder dem opaleszenten Modifikator abgedeckt werden.
Hinweis:
1. Der Masking Liner kann verwendet werden, um Verfärbungen am Boden der Kavität zu überdecken.
2. Der Universalfarbton kann verwendet werden, um mit nur einer Schicht ästhetische, posteriore Restaurationen zu erzeugen.
3. Die Dentin- und Schmelzfarbtöne sollten nach einem Zwei-Schicht-Konzept verwendet werden. Weitere Details siehe klinische Tipps.
4. a. Um eine festere Konsistenz zu erreichen kann das Composite im Kühlschrank gelagert werden. Direkt nach der Entnahme aus der gekühlten Lagerung kann das Material schwierig zu entnehmen sein. Daher zunächst bei normaler Zimmertemperatur einige Minuten stehen lassen.
b. Das Schichten mit einem Pinsel, der mit Modellierflüssigkeit befeuchtet ist, kann das Formen des Composites erleichtern.
5. Nach dem Herausdrücken den Kontakt mit Umgebungslicht vermeiden. Das Umgebungslicht kann die Bearbeitungszeit verkürzen.

Klinische Tipps
a. Bei kleinen Kavitäten
Mit einem Ein-Farbton-Verfahren restaurieren. In den meisten Fällen reicht allein die Verwendung des Universalfarbtons aus. In Fällen, bei denen ein höherer Grad an Transluzenz erforderlich ist, kann eine Kombination aus Dentin- und Schmelzfarbtönen gewählt werden.
b. Bei großen und/oder tiefen Kavitäten
In den meisten Fällen erzielt eine Mehrfarbenschichttechnik die besten ästhetischen Ergebnisse. Um verfärbtes Dentin zu überdecken, den Masking Liner verwenden und mit einem geeigneten Dentinfarbton aufbauen. Anschließend mit einem Schmelz-Farbton abdecken.

KLINISCHER TIPP 4.1 – BEISPIELE FÜR KLINISCHE ANWENDUNGEN:



KLINISCHER TIPP 4.2 – WICHTIGSTE FARBTON-KOMBINATIONEN:

Bleach/ Junior	Young	Adult	Senior	Posterior Mono	Posterior Duo
Light Dentin & Light Enamel	Medium Dentin & Light Enamel	Medium Dentin & Dark Enamel	Dark Dentin & Dark Enamel	Universal	Dark Dentin & Light Enamel

c. Verwendung der Modifikator-Spritzen
- Der opaleszente Modifikator kann verwendet werden, um den inzisalen Bereich opaleszenter wirken zu lassen. Dazu eine kleine Menge in die Schmelz-Schicht einarbeiten.
- Die rotbraunen, schwarzen und weißen Modifikatoren sind flüssige Farben zur Charakterisierung der Restauration.

5. Erst Konturieren, dann Lichthärten
Nach dem Standardverfahren konturieren.

6. Lichthärten
Essentia mit einer Polymerisationslampe lichthärten. Den Lichtleiter so nahe wie möglich an die Oberfläche halten.
Die Belichtungszeit und effektive Aushärtungstiefe entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle.

Belichtungszeit und effektive Aushärtungstiefe

	20 Sek. (Halogen / LED) (700mW/cm²) 10 Sek. (Hochleistungs-LED) (> 1200mW/cm²)	
Dentinfarbtöne	**LD**	2,0 mm
	MD, DD	1,5 mm
Schmelz- und Universalfarbtöne	**LE, DE, U**	2,5 mm
Masking Liner	**ML**	1,0 mm
Modifikatoren	**OM**	2,5 mm
	RBM	0,1 mm
	BM	0,4 mm
	WM	1,5 mm

Hinweis:
1. Das Material muss in Schichten aufgetragen und lichtgehärtet werden.
Die maximale Schichtstärke entnehmen sie bitte der oben stehenden Tabelle.
2. Eine geringere Lichtintensität kann zu unzureichender Härtung oder einer Verfärbung des Materials führen.

7. Schleifen und Polieren
Mit Diamantschleifern, Polierspitzen und -scheiben schleifen und polieren. Um Hochglanz zu erreichen, können Polierpasten verwendet werden.

FARBTÖNE
- LD: Light Dentin
- MD: Medium Dentin
- DD: Dark Dentin
- LE: Light Enamel
- DE: Dark Enamel
- U: Universal
- ML: Masking Liner
- OM: Opaleszenter Modifikator
- RBM: Rotbrauner Modifikator
- BM: Schwarzer Modifikator
- WM: Weißer Modifikator

LAGERUNG
Für eine optimale Leistung kühl und dunkel lagern (4-25°C / 39,2-77,00°F).
Haltbarkeit: 3 Jahre ab dem Herstellungsdatum.

PACKUNGSGRÖSSEN
I. Spritzen
1. Essentia Starterset Spritze
- 7 Spritzen (eine pro Farbton: LD; MD; DD; LE; DE; U; ML)
- 20 Dosierspitzen III aus Plastik + 1 Lichtschutzhülle

2. Essentia Modifikator-Set
- 4 Spritzen: OM, RBM, BM, WM

3. Essentia Spritzen-Nachfüllpackungen
- LD; MD; DD; LE; DE; U; OM, RBM, BM, WM: erhältlich als Nachfüllpackung mit je 1 Spritze
- ML: Nachfüllpackung mit 1 Spritze und 20 Dosierspitzen III aus Kunststoff

II. Unitips
1. Essentia Starterset Unitip
- 30 Unitips (je 5 Unitips in 6 Farbtönen: LD; MD; DD; LE; DE; U)
- 1 Spritze ML; 20 Dosierspitzen III aus Plastik + 1 Lichtschutzhülle

2. Essentia Unitip-Nachfüllpackungen
- LD; MD; DD; LE; DE; U: erhältlich als Nachfüllpackung mit 15 Unitips

III. Zubehör
- Essentia Farbschlüssel
- GC Unitip-Applikator II
- Dosierspitze III aus Kunststoff
- Anmischblock (Nr. 14B)

HINWEISE:
Gewicht und Volumen pro Spritze:

	LD, MD, DD	LE, DE	U	ML	OM	RBM, BM, WM
Gewicht	3,4 g	3,8 g	4,0 g	3,4 g	3,8 g	2,5 g
Volumen	2 ml	2 ml	2 ml	2 ml	2 ml	2,4 ml

Gewicht und Volumen pro Unitip:

	LD,MD,DD	LE,DE	U
Gewicht	0,27 g	0,30 g	0,32 g
Volumen	0,16 ml	0,16 ml	0,16 ml

VORSICHT
1. Falls das Material mit Gewebe oder Haut im Mund in Kontakt kommt, sofort mit in Alkohol getränkter Watte oder einem Schwamm entfernen. Mit Wasser spülen. Um den Kontakt zu vermeiden, kann ein Kofferdam und/oder Kakaobutter zur Isolierung des Operationsbereichs verwendet werden.
2. Kommt das Material in Kontakt mit den Augen, müssen diese sofort mit Wasser ausgespült werden und der Patient muss sich in ärztliche Behandlung begeben.
3. Es muss darauf geachtet werden, dass der Patient das Material nicht verschluckt.
4. Bevor Sie mit der Füllungslegung beginnen, drücken Sie bitte außerhalb des Mundes und vom Patienten entfernt etwas Pastenmaterial aus, um sicherzustellen, daß das Material korrekt herausfließt.
5. Beim Eingriff sind Plastik- oder Gummihandschuhe zu tragen, um den direkten Kontakt mit klebrigen Composite-Schichten zu vermeiden, um eventuellen Unverträglichkeitsreaktionen vorzubeugen.
6. Aus Gründen der Infektionskontrolle handelt es sich bei den Unitips um Einwegprodukte.
7. Während des Lichthärtens ist eine Schutzbrille zu tragen.
8. Beim Polieren des polymerisierten Materials ist eine Absaugung zu verwenden und eine Mundschutz zu tragen, um das Einatmen von Schleifstaub zu vermeiden.
9. Nicht mit anderen, ähnlichen Produkten mischen.
10. Das Material darf nicht auf Kleidung gelangen.
11. Im Falle eines unbeabsichtigten Kontaktes mit anderen Zähnen oder prothetischen Versorgungen muss das Material vor dem Lichthärten mit einem Instrument, Schwamm oder Wattepellet entfernt werden.
12. Essentia darf nicht in Kombination mit eugenolhaltigen Materialien verwendet werden, da es dann nicht aushärtet.
13. In seltenen Fällen reagieren Patienten empfindlich auf das Produkt. Wenn dies der Fall ist, brechen Sie die Behandlung ab und überweisen Sie den Patienten an einen Arzt.
14. Die Dosierspitze darf nicht mit zu viel Alkohol abgerieben werden, da dies eine Kontamination der Paste zur Folge haben könnte.

Einige Produkte, auf die in der vorliegenden Gebrauchsanleitung Bezug genommen wird, können gemäß dem GHS als gefährlich eingestuft sein.
Machen Sie sich immer mit den Sicherheitsdatenblättern vertraut, die unter folgendem Link erhältlich sind:
http://www.gceurope.com
Die Sicherheitsdatenblätter können Sie außerdem bei Ihrem Zulieferer anfordern.

Letzte Aktualisierung : 05/2019

Avant toute utilisation, lire attentivement le mode d'emploi. FR

Essentia®
Composite de restauration universel radiopaque photopolymérisable.
Utilisation par un professionnel dentaire et selon les indications.

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION
1. Restauration directe des cavités de classe I, II, III, IV, V.
2. Restauration directe pour défauts cunéiformes et cavités de surfaces radiculaires.
3. Restauration directe pour facettes et fermeture de diastème.

CONTRE-INDICATIONS
1. Coiffage pulpaire.
2. Évitez l'utilisation de ce produit chez des patients souffrant d'allergies connues au monomère méthacrylate ou au polymère.

MODE D'EMPLOI
1. Sélection de la teinte
- Assurez-vous que la dent à restaurer est propre et non déshydratée.
- Sélectionnez d'abord la teinte émail par rapport au tiers incisal de la dent voisine en vous basant sur la valeur (luminosité) observée (gris).
Choisissez entre le Light Enamel (plus blanc) ou le Dark Enamel (plus gris).
- Poursuivez par la sélection de la teinte dentine, en vous basant sur la partie cervicale de la dent voisine et la saturation observée (intensité de la teinte), puis choisissez entre Light Dentin (saturation basse), Medium Dentin et Dark Dentin (saturation élevée).
- Pour les restaurations postérieures et les petites restaurations, la teinte Universal sera adaptée dans la majorité des cas.
- Pour masquer les décolorations, appliquez une fine couche de Masking Liner.

2. Préparation de la cavité
Préparez la cavité de façon classique. Séchez en soufflant doucement un air sans trace d'huile.
Note : pour le coiffage pulpaire, utilisez un hydroxyde de calcium.

3. Collage
Pour coller Essentia à l'émail et/ou la dentine, utilisez un système adhésif photopolymérisable tel que G-Premio BOND, G-ænial® Bond ou le G-BOND®. Suivez les instructions du fabricant.

4. Placement de Essentia
- Masking Liner
1) Tenez la seringue verticalement et retirez le capuchon en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Fixez rapidement et solidement l'embout de mélange à la seringue en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
2) Préalablement à l'extrusion du matériau, poussez doucement sur le piston de la seringue en dehors de la bouche pour vous assurer que l'embout est bien attaché à la seringue. Pour retirer tout l'air de l'embout de mélange, appuyez doucement sur le piston de la seringue avec la pointe dirigée vers le haut jusqu'à ce que le matériau atteigne l'extrémité de l'embout.

Note : si de l'air reste dans l'embout distributeur, des bulles d'air risquent de se former au moment de l'injection.
3) Placez l'embout distributeur le plus près possible de la cavité et poussez doucement sur le piston pour y injecter le matériau. Vous pouvez également placer un peu de matériau sur un bloc de mélange et le transférer dans la cavité avec un instrument adapté.
4) Après utilisation, retirez aussitôt l'embout de mélange et refermez hermétiquement avec le capuchon de la seringue.

- Les modifier Dentin, Enamel, Universal shades et Opalescent
1) Distribution à partir de la seringue
Ouvrez le capuchon de la seringue et disposez le matériau sur un bloc de mélange. Placez le matériau dans la cavité avec un instrument adapté. Après distribution, faites tourner d'un tour le piston dans le sens des aiguilles d'une montre pour relâcher la pression résiduelle à l'intérieur de la seringue. Replacez aussitôt le capuchon.
2) Distribution à partir d'un unitip
Insérez l'unitip dans un applier adapté. Référez-vous aux instructions du fabricant de l'applier. Retirez le capuchon et extraire le matériau directement dans la cavité préparée. Exercez une pression constante.

- Modulateur de teinte (Modifier stains : Red-Brown, Black, White)
Ouvrez le capuchon de la seringue et disposez le matériau sur le bloc de mélange. Appliquez le matériau sur la teinte Dentin ou la teinte Enamel avec un pinceau ou un instrument approprié.
Note : Les Modifier stains sont à "usage interne". Ils doivent toujours être recouverts d'une teinte Enamel ou d'un modifier Opalescent après photopolymérisation.

Note :
1. Le Masking Liner peut être utilisé pour masquer la décoloration au niveau du plancher de la cavité.
2. La teinte « Universal » peut être utilisée pour obtenir - avec une seule teinte - une restauration postérieure esthétique.
3. Les teintes Dentin et Enamel peuvent être utilisées selon le concept de stratification de 2 couches. Référez-vous à la section « Astuces cliniques » pour plus de détails.
4. a. Le composite peut être conservé au réfrigérateur afin d'obtenir une consistance plus ferme. Sortez le matériau du réfrigérateur et laissez le quelques minutes à température ambiante avant utilisation. Sinon, il sera trop froid et difficile à extraire.
b. Stratifier avec un pinceau imbibé de liquide à modeler peut faciliter la mise en forme du composite.
5. Après extrusion du matériau, minimisez l'exposition à la lumière ambiante. La lumière ambiante peut réduire le temps de manipulation.

Astuces cliniques
a. Dans les cas de petites cavités
Restaurer en technique mono-teinte. Dans la plupart des cas, l'utilisation seule de la teinte Universal sera suffisante. Si un degré plus élevé de translucidité s'avère nécessaire, choisissez une combinaison de teintes Dentin et Enamel.
b. Dans le cas de restauration plus large/plus profonde
Dans la majorité de ces cas, une technique multi-teintes donnera les meilleurs résultats esthétiques. Pour masquer la dentine décolorée, utilisez le Masking liner et poursuivez par stratification successive avec une teinte dentine appropriée puis recouvrez d'une teinte Email.

ASTUCES CLINIQUES 4.1 – EXEMPLES D'APPLICATIONS CLINIQUES:

ASTUCES CLINIQUES 4.2 – PRINCIPALES COMBINAISONS DES TEINTES :

Bleach/ Junior	Jeune	Adulte	Sénior	Posterior Mono	Posterior Duo
Light Dentin & Light Enamel	Medium Dentin & Light Enamel	Medium Dentin & Dark Enamel	Dark Dentin & Dark Enamel	Universal	Dark Dentin & Light Enamel

c. Utilisez les seringues "modifiers" (modulateurs de teinte)
- Le modifier Opalescent peut être utilisé pour ajouter de l'opalescence au niveau incisal, en appliquant une petite épaisseur sur la couche émail.
- Les modifiers Red-Brown, Black et White sont des colorants liquides utilisés pour caractériser la restauration.

5. Contourage avant photopolymérisation
Contourez de façon habituelle

6. Photopolymérisation
Photopolymérisez Essentia avec une lampe à photopolymériser. Gardez l'embout lumineux le plus près possible de la surface.
Référez-vous au tableau ci-dessous pour les temps d'irradiation et les profondeurs de polymérisation.

Temps d'irradiation et profondeur effective de polymérisation

	20 sec. (Halogen / LED) (700mW/cm²) 10 sec. (LED puissante) (>1200mW/cm²)	
Teintes "Dentin"	**LD**	2,0 mm
	MD, DD	1,5 mm
Teintes "Enamel & Universal"	**LE, DE, U**	2,5 mm
Masking Liner	**ML**	1,0 mm
Modifiers	**OM**	2,5 mm
	RBM	0,1 mm
	BM	0,4 mm
	WM	1,5 mm

Note :
1. Le matériau doit être placé et photopolymérisé en couches.
Pour connaître l'épaisseur maximale d'une couche, consultez le tableau ci-dessus.
2. Une lampe photopolymérisable de faible intensité peut être responsable d'une polymérisation insuffisante ou de décoloration du matériau.

7. Finition et polissage
Finir et polir avec des fraises diamantées, des pointes et disques de polissage. Pour obtenir une brillance élevée, vous pouvez utiliser des pâtes de polissage.

TEINTES
- LD: Light Dentin
- MD: Medium Dentin
- DD: Dark Dentin
- LE: Light Enamel
- DE: Dark Enamel
- U: Universal
- ML: Masking Liner
- OM: Opalescent Modifier
- RBM: Red-Brown Modifier
- BM: Black Modifier
- WM: White Modifier

CONSERVATION
Pour garder leurs performances optimales, conserver dans un endroit frais et sombre (4 - 25°C / 39.2 - 77.0°F).
Péremption : 3 ans à partir de la date de fabrication

CONDITONNEMENT
I. Seringues
1. Essentia Starter Kit Seringue
- 7 seringues (1 teinte de chaque : LD; MD; DD; LE; DE; U; ML)
- 20 embouts distributeur III en plastique + 1 couvercle de protection contre la lumière

2. Essentia Modifier Kit
- 4 Seringues : OM, RBM, BM, WM

3. Essentia recharge, en seringue
- 1 seringue, teinte au choix : LD; MD; DD; LE; DE; U; OM, RBM, BM, WM
- ML : recharge d'1 seringue avec 20 embouts distributeur III en plastique

II. Unitips
1. Essentia Starter Kit Unitip
- 30 unitips (5 unitips de chacune des 6 teintes : LD; MD; DD; LE; DE; U)
- 1 seringue ML; 20 embouts distributeur III en plastique + 1 couvercle de protection contre la lumière

2. Essentia Unitip, recharge
- LD; MD; DD; LE; DE; U : disponible en recharge de 15 unitips

III. Accessoires
- Teintier Essentia
- GC Unitip Applier II
- Dispensing Tip III Plastic (embout distributeur III en plastique)
- Bloc de mélange (No. 14B)

NOTES :
Poids et volume par seringue:

	LD, MD, DD	LE, DE	U	ML	OM	RBM, BM, WM
Poids	3,4 g	3,8 g	4,0 g	3,4 g	3,8 g	2,5 g
Volume	2 ml	2 ml	2 ml	2 ml	2 ml	2,4 ml

Poids et volume par unitip:

	LD,MD,DD	LE,DE	U
Poids	0,27 g	0,30 g	0,32 g
Volume	0,16 ml	0,16 ml	0,16 ml

PRECAUTIONS D'EMPLOI :
1. En cas de contact avec les tissus oraux ou la peau, retirez immédiatement avec une éponge ou un coton enduit d'alcool. Rincez à l'eau. Pour éviter tout contact, une digue en caoutchouc et/ou du beurre de cacao peuvent être utilisés pour isoler le champ opératoire des tissus ou de la peau.
2. En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement avec de l'eau et consultez un médecin.
3. Ne pas ingérer le matériau.
4. Avant de débuter la procédure d'obturation, extraire partiellement la pâte hors de la bouche et loin du patient pour s'assurer que la pâte s'écoule correctement
5. Portez des gants en plastique ou en caoutchouc pendant l'opération pour éviter le contact direct des couches de résine inhibées afin de prévenir les sensibilités.
6. Pour des raisons évidentes de contrôle des infections, les unitips sont à usage unique.
7. Portez des verres protecteurs lors de la photopolymérisation.
8. Lorsque vous polissez un matériau polymérisé, portez un masque et utilisez un collecteur de poussière pour éviter d'inhaler des résidus de poussière.
9. Ne pas mélanger avec d'autres produits similaires.
10. Évitez tout contact du matériau sur les vêtements.
11. En cas de contact avec les zones non désirées de la dent ou de l'appareil prothétique, retirez le matériau avec un instrument, une éponge, ou une boulette de coton avant la photopolymérisation.
12. Ne pas utiliser Essentia avec des matériaux contenant de l'eugénol car l'eugénol peut entraver la prise de Essentia.
13. Dans de rares cas, ce produit peut entrainer des sensibilités. Si tel est le cas, cessez d'utiliser ce produit et consultez un médecin.
14. Ne pas essuyer l'embout de distribution avec trop d'alcool car cela pourrait contaminer la pâte.

Certains produits mentionnés dans le présent mode d'emploi peuvent être classés comme dangereux selon le GHS.
Familiarisez-vous avec les fiches de données de sécurité disponibles sur :
http://www.gceurope.com
Elles peuvent également être obtenues auprès de votre fournisseur.

Date de dernière révision : 05/2019

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso IT

Essentia®

2. **Præparering af kaviteten**
Præparer kaviteten efter standardteknikker. Tørblæs forsigtigt med en oliefri luft. Bemærk: Ved pulpaoverkapning anvendes calcium hydroxid.
3. **Bonding**
Brug et lyshærdende bindings-system (ex. G-Premio BOND, G-ænial® Bond eller G-BOND®) for at bonde Essentia til emaljen/dentinen.
4. **Placering af Essentia**
- Masking Liner

1) Hold sprøjten lodret og fjern skruehætten ved at dreje imod uret. Påsæt sprøjtespidsen på sprøjten ved at dreje med uret.
2) Forsøgsvis presses lidt materiale ud udenfor munden for at sikre, at dispenseringsspidsen sidder forsvarligt fast til sprøjten, inden det presses ud i kaviteten. For at fjerne luft fra dispenseringsspidsen presses sprøjtestemplet fremad med spidsen pegende lige op i luften, indtil materialet når mundingen af spidsen.

Bemærk: hvis der er luft indeni dispenseringsspidsen, vil luftbobler muligvis dannes, når der injiceres.

3) Placer dispenseringsspidsen så tæt som muligt på kaviteten og pres langsomt på stemplet for at injicere materialet deri. Alternativt kan materialet dispenseres på et blandingspapir og appliceres i kaviteten med et passende instrument.
4) Efter anvendelse fjernes sprøjtespidsen og sprøjten påsættes skruelåg.

- Dentin, Emalje, Universal farver og opalescent Modifier

1) Dispensering fra en sprøjte
Åben sprøjtehætten og dispenser materialer ud på et blandepapir/blandeblok. Placer materialet i kaviteten med et passende instrument. Efter dispensering skrues stemplet mod uret ½ - 1omgang for at frigøre et restpres inde i sprøjten. Sæt låg på umiddelbart efter brug.
2) Dispensering fra en unitip(engangsdosis)
Indsæt Unitip i en UnitipApplier (appliceringspistol). Der henvises til appliceringspistol-fabrikantens brugsanvisning. Fjern hætten og tryk materialet ud direkte i den præparerede kavitet. Brug af fast tryk.

- Modifier stains (Rødbrun, Sort, Hvid)
Åben sprøjten og dispenser materialet på en blandeblok. Applicer materialet på dentinfarven eller emaljefarven med en pensel eller et passende instrument.

Bemærk: Modifier stains er indre farvematerialer. De bør altid dækkes af med en emaljefarve eller Opalescent modifier efter lyshærdning.

Bemærk:
1. Masking Liner (maskeringsfarve) kan bruges til at maskere misfarvninger i kavitetsbunden.
2. Universal Shade (universalfarve) kan bruges til at opnå en æstetisk posterior restaurering i et enkelt lag.
3. Dentin- og Emaljefarver skal bruges ud fra et to-lags koncept. Der henvises til kliniske tips for øvrige detaljer.
4. a. Kompositten kan med fordel opbevares i køleskab, således man opnår en mere fast konsistens. Materialet kan være hårdt at presse ud, hvis det benyttes umiddelbart efter kold opbevaring. Lad materialet stå et par minutter ved stuetemperatur før det anvendes.
b. Anvendelse af en pensel, fugtet med en nodelleringsvæske, kan letteregøre modelleringen af kompositten.
5. Undgå eksponering af omgivende lys efter dispensering. Omgivende lys kan forkorte arbejdstiden.

Kliniske tips

a. Ved små kaviteter
Restaurer ved brug af et-lags-teknik. I de fleste tilfælde er Universal Shade tilstrækkelig. I tilfælde, hvor en højere grad af translucens er nødvendig, kan vælges en kombination af Dentin og Emalje farver.

b. Store og/ dybe kaviteter
I de fleste tilfælde vil en multifarve-lag-teknik give det bedste æstetiske resultat. For at maskere misfarvet dentin brug Masking Liner og fortsæt med at bygge op med en passende dentin farve og afdæk til slut med en emaljefarve.

KLINISKE HINTS 4.1 – EKSEMPLER PÅ KLINISK APPLICERING:



KLINISKE HINTS 4.2 – HOVED(PRINCIP) FARVE KOMBINATIONER:

Bleget/ Junior	Yngre	Adult	Senior	Posterior mono	Posterior duo
Light Dentin & Light Emalje	Medium Dentin & Light Emalje	Medium Dentin & Dark Emalje	Dark Dentin & Dark Emalje	Universal	Dark Dentin & Light Emalje

c. Brug af Modifier Sprøjte
- Opalescent Modifier kan bruges til at tilføre opalescens i det incisale område ved at lægge en lille smule i emaljelaget.
- Rødbrune, Sorte og Hvide modifier er flydende "pletter" som bruges til at karakterisere restaureringen.

5. **Konturering før lyshærdning**
Konturér med standardteknik
6. **Lyshærdning**
Lyshærd Essentia med en polymerisationslampe. Hold lyslederen så tæt som muligt til overfladen. Der henvises til følgende tabel for bestrålingstid og hærdningsdybde.

Lampens effektivitet og tilsvarende dybder af materiale

	20 sek. (Halogen / LED) (700mW/cm²) 10 sek. (High power LED) (>1200mW/cm²)
Dentin shade/farve	**LD, MD, DD** 2,0 mm
Emalje & Universal farve	**LE, DE, U** 2,5 mm
Masking Liner	**ML** 1,0 mm
Modifiers	**OM** 2,5 mm
	RBM 0,1 mm
	BM 0,4 mm
	WM 1,5 mm

Bemærk:
1. Materialet skal placeres og lyshærdes i lag. For maksimal lagtykkelse se venligst ovenstående tabel.
2. En lavere lyshærdningsintensitet kan forårsage insufficient hærdning eller misfarvning af materialet.

7. **Finish og polering**
Finish og poler med diamantbor pudsekopper og skiver. For at opnå en høj glans kan der bruges poleringspasta.

FARVER
- LD: Light (lys) Dentin
- MD: Medium Dentin
- DD: Dark(mørk) Dentin
- LE: Light (lys) Emalje
- DE: Dark (mørk) Emalje
- U: Universal
- ML: Masking Liner
- OM: Opalescent Modifier
- RBM: RødBrunModifier
- BM: Sort Modifier
- WM: Hvid Modifier

OPBEVARING:
Det anbefales for optimal ydeevne at opbevare materialerne koldt og mørkt (4- 25°C / 39,2 – 77, 0°F)
Holdbarhed: 3 år fra fremstillingsdato.

PAKNINGER

I. Sprøjter
1. **Essentia Starter Kit Sprøjte**
- 7 sprøjter (1 for hver farve: LD, MD, DD, LE, DE, U, ML)
- 20 Dispenseringsspidser III Plastic + 1 sprøjtespidshætte
2. **Essentia Modifier kit**
- 4 sprøjter: OM, RBM, BM, WM
3. **Essentia Sprøjte Refill**
- LD, MD, DD, LE, DE, U, OM, RBM, BM, WM: fås i refill 1 sprøjte hver
- ML: refill 1 sprøjte inkl. 20 dispenseringsspidser III Plastic.

II. Unitips
1. **Essentia Starter Kit Unitip**
- 30 sprøjter (5 unitips i 6 farver: LD, MD, DD, LE, DE, U)
- 1 sprøjte ML, 20 dispenseringsspidser III Plastic + 1 sprøjtespidshætte
2. **Essentia Unitip refill**
- LD; MD; DD; LE; DE; U: fås i refill af 15 unitips

III. Accesories/tilbehør
- Essentia Farveguide/farveskala
- GC Unitip Applier II
- Dispenserings Tip III Plastic
- Blandeblok (no. 14B)

BEMÆRK:
Vægt og volumen pr. sprøjte:

	LD, MD, DD	LE, DE	U	ML	OM	RBM, BM, WM
Vægt	3,4 g	3,8 g	4,0 g	3,4 g	3,8 g	2,5 g
Volumen	2 ml	2 ml	2 ml	2 ml	2 ml	2,4 ml

Vægt og volumen pr. Unitip (engangsdosis):

	LD,MD,DD	LE,DE	U
Vægt	0,27 g	0,30 g	0,32 g
Volumen	0,16 ml	0,16 ml	0,16 ml

ADVARSEL:
1. I tilfælde af kontakt med oral væv eller hud, fjern straks med vat eller en svamp opblødt i alkohol. Skyl med vand. For at undgå kontakt med oral væv eller hud kan kofferdam eller kakaosmør/ cocoabutter bruges til at isolere arbejdsområdet.
2. I tilfælde af kontakt med øjnene, skyl straks med vand og søg læge.
3. Undgå at synke/indtage materialet.
4. Inden brug på patienten, trykkes en lille smule ud påen blok for at sikre at materialet flyder som forventet
5. Brug plastik- eller gummihandsker når materialerne bearbejdes for at undgå direkte kontakt med iltinhiberet resinlag for at forhindre mulig overfølsomhed.
6. Af infektionsmæssige årsager er unitips beregnet til engangsbrug.
7. Brug lysbeskyttelsesbrille under lyshærdning.
8. Brug en støvsamler (sug) og bær mundbind når det polymeriserede materiale poleres for at undgå at inhalere støvpartikler.
9. Bland ikke med andre lignende materialer/produkter.
10. Undgå at få materialerne på tøjet.
11. I tilfælde af utilsigtet kontakt med tænder eller protetisk arbejde fjernes dette med instrument, svamp eller vatpellet før lyshærdning.
12. Brug ikke Essentia i kombination med eugenolholdige materialer, da eugenol kan forhindre Essentia i at afbinde.
13. I sjældne tilfælde kan produktet forårsage overfølsomhedsreaktioner. Hvis sådanne reaktioner forekommer skal produktet ikke anvendes og lægen skal kontaktes.
14. Aftør ikke dispenseringsspidsen med udtalte mængder af alkohol, da dette kan forårsage kontaminering af pastaen.

Nogle produkter som er beskrevet i IFU er evt. klassificeret som farlig i hht GHS.
Læs altid op på alle arbejdshygiejniske anvisninger som kan findes på:
http://www.gceurope.com
De kan altid rekvireres hos dit depot

Senest revideret 05/2019

Läs bruksanvisningen noga före användning. **SV**

Essentia®
Ljushärdande radiopakt kompositfyllningsmaterial för universell användning.
Endast för användning av tandläkare och inom rekommenderade indikationer.

REKOMMENDERADE INDIKATIONER
1. Direkta fyllningar i klass I-, II-, III-, IV- och V-kaviteter.
2. Direkta fyllningar i kilformade defekter och karierade rotytor.
3. Direktframställda fasader och diastemaslutning.

KONTRAINDIKATIONER
1. Pulpaöverkappning.
2. Undvik användning av denna produkt på patienter med känd allergi mot metakrylat monomerer eller metakrylat polymerer.

ANVÄNDARINSTRUKTIONER

1. Färgval
- Kontrollera att tanden som ska restaureras är väl rengjord och att den inte är dehydrerad.
- Välj först emaljfärg i förhållande till granntandens incisala tredjedel. Baserat på observerat värde (gråskala) väljer du Light Enamel (vitare) eller Dark Enamel (gråare).
- Välj sedan dentinfärg i förhållande till granntandens cervikala del. Baserat på observerad kroma (färgintensitet) väljer du Light Dentin (låg kroma), Medium Dentin eller Dark Dentin (hög kroma).
- I små eller posteriora fyllningar fungerar standardfärgen Universal bra i de flesta fall.
- Missfärgningar maskeras genom att ett tunt skikt Masking Liner appliceras över missfärgningen.

2. Kavitetspreparation
Preparera kaviteten på sedvanligt vis. Luftblästra försiktigt med oljefri luft.
Obs! För pulpaöverkappning används kalciumhydroxid.

3. Bonding
För bonding av Essentia till emalj och/eller dentin används ett ljushärdande bondingsystem, till exempel G-Premio BOND, G-ænial® Bond eller G-BOND®. Följ tillverkarens anvisningar.

4. Applicering av Essentia
- Masking Liner

1) Håll sprutan upprätt och avlägsna hatten genom att vrida den motsols. Sätt omedelbart och säkert på spetsen på sprutan genom att vrida spetsen medsols.
2) Kontrollera att appliceringsspetsen sitter ordentligt innan du applicerar materialet. Det gör du genom att trycka försiktigt på sprutkolven när du håller sprutan utanför patientens mun. För att avlägsna eventuell luft i appliceringsspetsen trycker du försiktigt sprutkolven framåt. Spetsen ska peka uppåt tills materialet når spetsen.

Obs! Om det finns luft i appliceringsspetsen kan luftbubblor eventuellt bildas i samband med appliceringen.

3) Håll appliceringsspetsen så nära kaviteten som möjligt, tryck försiktigt in kolven och applicera materialet. Det går också bra att använda blandningsblock och överföra materialet till kaviteten med lämpligt instrument.
4) Efter användning, avlägsna samt kasta spetsen och förslut sprutan väl med avsedd hatt.

- Färgerna Dentin, Enamel och Universal samt Opalescent Modifier

1) Dispensering med spruta
Avlägsna hatten från sprutan och dispensera materialet på ett blandningsblock. Applicera materialet i kaviteten med lämpligt instrument. Vrid sprutkolven motsols ett halvt till ett helt varv efter dispensering för att avlägsna resterande tryck inne i sprutan. Sätt tillbaka hatten omedelbart efter användning.
2) Dispensering med Unitip
Sätt in en Unitip i valfri appliceringspistol. Följ tillverkarens anvisningar om hur du använder appliceringspistolen. Ta bort hatten och applicera materialet direkt i den preparerade kaviteten. Använd jämnt tryck.

- Modifier-färger (Red-Brown, Black, White)
Avlägsna hatten från sprutan och dispensera materialet på ett blandningsblock. Applicera materialet på dentin- eller emaljfärgen med pensel eller lämpligt appliceringsinstrument.
Obs! Modifier-färgerna är avsedda för intern applicering. De ska alltid täckas med emaljfärger eller Opalescent Modifier efter ljushärdning.

Obs!
1. Masking Liner kan användas för att maskera missfärgningar i kaviteten.
2. Färgen Universal kan användas för att uppnå estetiska posteriora fyllningar i ett enda skikt.
3. Dentin- och emaljfärgerna ska användas enligt tvåskiktsprincipen. Mer information finns under Kliniska tips.
4. a. Komposiothen kan förvaras i kylskåp för att erhålla en fastare konsistens. Vid förvaring i kylskåp kan det upplevas för hårt att dosera. Därför, innan dosering sker, låt produkten vara ute i rumstemperatur under ett par minuter.
b. Det är möjligt att använda pensel i samband med skiktningsförfarandet av komposiothen. I sådana fall kan man använda en modelleringsvätska i syfte att förenkla sådan teknik.
5. Undvik exponering för rumsbelysning efter dispensering. Rumsbelysning kan förkorta bearbetningstiden.

Kliniska tips

a. Små kaviteter
För fyllningsteknik där endast en färg används. I de flesta fall är det tillräckligt att enbart använda standardfärgen Universal. I fall där en högre grad av translucens är önskvärd kan en kombination av dentin- och emaljfärger väljas.

b. Stora eller djupa kaviteter
I de flesta fall ger en skiktteknik med flera färger bästa estetiska resultat. För att maskera missfärgad dentin använder du Masking Liner, forsätter med lämplig dentinfärg och täcker med emaljfärg.

KLINIKSKA TIPS 4.1 – EXEMPEL PÅ KLINISK APPLICERING:

KLINISKA TIPS 4.2 – FÄRGKOMBINATIONER:

Bleget/ Junior	Young	Adult	Senior	Posterior mono	Posterior duo
Light Dentin & Light Enamel	Medium Dentin & Light Enamel	Medium Dentin & Dark Enamel	Dark Dentin & Dark Enamel	Universal	Dark Dentin & Light Enamel

c. Använda Modifier-sprutor
- Opalescent Modifier kan användas för att tillföra opalescens i det incisala området. Applicera materialet tunt i emaljskiktet.
- Modifier-färgerna Red-Brown, Black och White är färgade vätskor som används för att karakterisera fyllningen.

5. **Konturering före ljushärdning**
Konturera med standardteknik.
6. **Ljushärdning**
Ljushärda Essentia med härdljuslampa. Håll ljusledaren så nära ytan som möjligt. Polymerisationstid och effektivt härdningsdjup framgår av tabellen nedan.

Polymeriseringstid och effektivt härdningsdjup:

		20 sek. (Halogen / LED) (700mW/cm²) 10 sek (Högeffekts-LED) (>1200mW/cm²)
Dentinfärger	**LD**	2,0 mm
	MD, DD	1,5 mm
Emalj- och standardfärger	**LE, DE, U**	2,5 mm
Masking Liner	**ML**	1,0 mm
Modifier	**OM**	2,5 mm
	RBM	0,1 mm
	BM	0,4 mm
	WM	1,5 mm

Obs:
1. Materialet ska appliceras och ljushärdas i skikt. Följ tabellen ovan för maximal skikttjocklek.
2. Lägre ljusintensitet kan innebära att materialet inte härdar ordentligt eller att det missfärgas.

7. **Finishering och puts**
Finishera och putsa med diamant, polerspets och trissa. För optimal högglans kan polerpastor användas.

FÄRGER
- LD: Light Dentin
- MD: Medium Dentin
- DD: Dark Dentin
- LE: Light Enamel
- DE: Dark Enamel
- U: Universal
- ML: Masking Liner
- OM: Opalescent Modifier
- RBM: Red-Brown Modifier
- BM: Black Modifier
- WM: White Modifier

FÖRVARING
Rekommendation för bästa resultat: Förvara svalt och mörkt (4–25 °C/39,2–77,0 °F).
Hållbarhet: 3 år från tillverkningsdatum.

FÖRPACKNING

I. Sprutor
1. **Essentia Starter Kit Spruta**
- 7 sprutor (en av varje färg: LD, MD, DD, LE, DE, U, ML)
- 20 appliceringsspetsar III i plast + 1 sprutspetsskydd
2. **Essentia Modifier Kit**
- 4 sprutor: OM, RBM, BM, WM
3. **Essentia refillförpackning, spruta**
- LD, MD, DD, LE, DE, U, OM, RBM, BM, WM: refill med 1 spruta
- ML: refill med 1 spruta och 20 appliceringsspetsar III i plast

II. Unitip
1. **Essentia Starter Kit Unitip**
- 30 Unitip (5 Unitip av varje färg: LD, MD, DD, LE, DE, U)
- 1 spruta ML, 20 appliceringsspetsar III i plast + 1 sprutspetsskydd
2. **Essentia refillförpackning, Unitip**
- LD; MD; DD; LE; DE; U: refill med 15 Unitip

III. Tillbehör
- Essentia färgskala
- GC Unitip appliceringspistol II
- Appliceringsspets III i plast
- Blandningsblock (nr. 14B)

OBS!
Vikt och volym för en spruta:

	LD, MD, DD	LE, DE	U	ML	OM	RBM, BM, WM
Vikt	3,4 g	3,8 g	4,0 g	3,4 g	3,8 g	2,5 g
Volym	2 ml	2 ml	2 ml	2 ml	2 ml	2,4 ml

Vikt och volym för en Unitip:

	LD,MD,DD	LE,DE	U
Vikt	0,27 g	0,30 g	0,32 g
Volym	0,16 ml	0,16 ml	0,16 ml

VARNING
1. Vid kontakt med oral vävnad eller hud, avlägsna genast med bomull eller svamp indränkt i alkohol. Skölj med vatten. För att undvika kontakt kan kofferdam och/eller kakaofett användas för att isolera arbetsfältet från hud och oral vävnad.
2. Vid kontakt med ögonen, skölj genast med vatten och uppsök läkare.
3. Vidta åtgärder så att materialet inte sväljs.
4. Innan fyllnadsprocessen påbörjas, tryck ut lite material utanför patientens mun och bort från patienten för att säkerställa att pastorna flödar ordentligt.
5. Använd plast- eller latexhandskar under arbetet för att undvika direktkontakt med syreinhiberat skikt i syfte att förhindra potentiell sensibilitet.
6. I infektionskontrollsyfte är Unitip endast avsedda för engångsbruk.
7. Använd skyddsglasögon i samband med ljushärdning.
8. Använd salivsug och skydda dig med ansiktsmask för att undvika inandning av damm i samband med polering av polymeriserat material.
9. Blanda inte med andra liknande produkter.
10. Undvik att få material på kläderna.
11. Använd instrument, svamp eller bomullspellet för att avlägsna materialet i händelse av oavsiktlig kontakt med tandytor eller protetiska konstruktioner.
12. Använd inte Essentia i kombination med eugenolhaltiga material eftersom eugenol kan förhindra korrekt polymerisation av Essentia.
13. I ovanliga fall och hos vissa individer kan produkten ge upphov till sensibilisering. Om sådana reaktioner uppkommer ska användningen avbrytas och patienten remitteras till läkare.
14. Använd endast liten mängd alkohol för att torka av appliceringsspetsen. Överdrivna mängder kan orsaka kontamination av materialet.

Vissa produkter som hänvisas till i nuvarande Bruksanvisning kan anses som farliga i enlighet med GHS. Därmed, håll er alltid uppdaterade med våra aktuella Säkerhetsdatablad. Dessa finner ni på; http://www.gceurope.com
Dessa kan också erhållas från din leverantör.

Senast uppdaterad: 05/2019

Antes de utilizar, leia cuidadosamente as instruções de utilização. **PT**

Essentia®
Compósito universal radiopaco fotopolimerizável para restaurações.
Para utilização exclusiva por um profissional segundo as indicações recomendadas.

INDICAÇÕES
1. Restauração direta de cavidades de classe I, II, III, IV e V.
2. Restauração direta de defeitos em forma de cunha e cavidades radiculares.
3. Restauração direta de facetas e fechamento de diastemas.

CONTRAINDICAÇÕES
1. Capeamento pulpar.
2. Evitar a utilização deste produto em pacientes com alergia conhecida ao monómero de metacrilato ou ao polímero de metacrilato.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
- Seleção de Tonalidades
- Assegure-se de que o dente a restaurar está limpo e não está desidratado.
- Primeiro, selecione uma tonalidade de esmalte olhando para o terço incisivo do dente (vizinho). Com base no valor observado (grau de cinzento), escolha entre Light Enamel (mais branco) ou Dark Enamel (mais cinzento).
- Prossiga com a seleção da tonalidade da dentina, olhando para a parte cervical do dente (vizinho). Com base no cromatismo observado (intensidade da cor), escolha entre Light Dentin (baixo cromatismo), Medium Dentin e Dark Dentin (cromatismo elevado).
- Em restaurações pequenas ou posteriores, a tonalidade Universal Shade irá adaptar-se à maioria dos casos.
- Para mascarar descolorações, aplique uma fina camada de Masking Liner sobre a descoloração.

2. Preparo Cavitário
Prepare a cavidade usando técnicas padronizadas. Seque com um jato de ar suave isento de óleo.
Nota: Para a proteção pulpar, use hidróxido de cálcio.

3. Tratamento de Adesão
Para ligar Essentia ao esmalte e/ou dentina, utilize um sistema de adesão fotopolimerizável como o G-Premio BOND, G-ænial® Bond ou G-BOND®. Siga as instruções do fabricante.

4. Procedimento restaurador com Essentia
- Masking Liner

1) Com a seringa na vertical, remover a tampa rodando no sentido oposto ao dos ponteiros do relógio. Colocar imediatamente e de forma segura a ponta aplicadora na seringa rodando no sentido dos ponteiros do relógio.
2) Antes de depositar o material, empurre suavemente o êmbolo da seringa para fazer um teste fora da boca e assegurar que a ponta aplicadora está bem acoplada à seringa. Para eliminar o ar da ponta aplicadora, com a ponta virada para cima, empurre suavemente o êmbolo da seringa até o material chegar ao bocal da ponta.

Nota: Se existir ar na ponta aplicadora, podem formar-se bolhas de ar quando o material é injetado.

3) Posicione a ponta aplicadora o mais próximo possível da cavidade e empurre lentamente o êmbolo para injetar o material na cavidade. Como alternativa, o material pode ser depositado sobre uma placa de mistura e transferido para a cavidade com um instrumento adequado.
4) Depois de utilizar, remover imediatamente e descartar a ponta aplicadora e fechar bem a seringa com a tampa com asas

- Tonalidades Dentin, Enamel, Universal e modificador Opalescent

1) Depositar com uma seringa
Abra a tampa da seringa e deposite o material sobre uma placa de mistura. Deposite o material na cavidade utilizando um instrumento adequado ao procedimento restaurador. Depois de depositar o material, rode o êmbolo da seringa meia volta no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, para libertar a pressão residual no interior da seringa. Feche a tampa imediatamente depois da utilização.
2) Dispensar com uma ponta Unitip
Insira a ponta Unitip num aplicador disponível comercialmente. Consulte as instruções de utilização do fabricante do aplicador. Retire a tampa e deposite o material diretamente na cavidade preparada. Utilize uma pressão constante.

- Corantes modificadores (Red-Brown, Black, White)
Abra a tampa da seringa e deposite o material sobre uma placa de mistura. Aplique o material sobre a tonalidade Dentin ou Enamel com um pincel ou um instrumento adequado ao procedimento restaurador.

Nota: Os corantes modificadores são materiais de tingimento interior. Devem ser sempre cobertos com tonalidades Enamel ou modificador Opalescent depois da fotopolimerização.

Nota:
1. O Masking Liner pode ser utilizado para mascarar descolorações no fundo da cavidade.
2. A tonalidade Universal pode ser utilizada para realizar restaurações posteriores estéticas com uma única camada.
3. A tonalidades Dentin e Enamel devem ser utilizadas de acordo com um conceito de duas camadas. Consulte as Sugestões de Tratamento para mais pormenores.
4. a. O compósito deve ser armazenado no frigorífico para se obter uma consistência mais firme. Pode ser difícil depositar o material imediatamente depois de o retirar da armazenagem no frio. Antes de utilizar, deixe-o repousar alguns minutos a temperatura ambiente normal.
b. Aplicar as camadas com um pincel molhado com líquido de modelar pode facilitar a modelagem do compósito.
5. Depois de o depositar, minimize a exposição à luz ambiente. A luz ambiente pode encurtar o tempo de manipulação.

SUGESTÕES DE TRATAMENTO

a. No caso de cavidades pequenas
Restaure utilizando uma técnica de uma tonalidade. Na maioria dos casos, a utilização da tonalidade Universal será suficiente. Nos casos em que seja necessária uma maior translucidez, pode selecionar-se uma combinação de tonalidades Dentin e Enamel.

b. No caso de cavidades grandes e/ou profundas
Na maioria dos casos, os melhores resultados estéticos são obtidos com a técnica de aplicação por camadas com múltiplas tonalidades. Para mascarar dentina descolorada, utilize o Masking Liner e continue a reconstrução com uma tonalidade Dentin adequada. Depois cubra-a com uma tonalidade Enamel.

SUGESTÃO DE TRATAMENTO 4.1 – EXEMPLOS DE APLICAÇÕES CLÍNICAS:



SUGESTÃO DE TRATAMENTO 4.2 - PRINCIPAIS COMBINAÇÕES DE TONALIDADES:

Bleach/ Junior	Young	Adult	Senior	Posterior mono	Posterior duo
Light Dentin & Light Enamel	Medium Dentin & Light Enamel	Medium Dentin & Dark Enamel	Dark Dentin & Dark Enamel	Universal	Dark Dentin & Light Enamel

c. Utilização das seringas de modificador
- O modificador Opalescent pode ser utilizado para acrescentar opalescência na área incisiva, aplicando uma pequena espessura na camada de esmalte.
- Os modificadores Red-Brown, Black, White são corantes líquidos utilizados para caracterizar a restauração.

5. **Esculpir antes da fotopolimerização**
Molde o contorno usando as técnicas padrão.
6. **Fotopolimerização**
Proceda à fotopolimerização do Essentia com um aparelho de fotopolimerização. Mantenha a guia de luz o mais próximo possível da superfície. Consulte o gráfico seguinte do Tempo de Irradiação e Profundidade de Polimerização Efetiva.

Tempo de Irradiação e Profundidade de Polimerização Efetiva

		20 sec. (Halogéneo / LED) (700mW/cm²) 10 sec. (LED de alta potência) (>1200mW/cm²)
Tonalidades Dentin	**LD**	2,0 mm
	MD, DD	1,5 mm
Tonalidades Enamel e Universal	**LE, DE, U**	2,5 mm
Masking Liner	**ML**	1,0 mm
Modificadores	**OM**	2,5 mm
	RBM	0,1 mm
	BM	0,4 mm
	WM	1,5 mm

Nota:
1. O material deve ser aplicado e fotopolimerizado por camadas.
2. Para a espessura máxima por camada, consulte a tabela acima.
3. Uma intensidade de luz mais baixa pode resultar numa polimerização insuficiente ou descoloração do material.

7. **Procedimento complexo de acabamento e de polimento**
Proceda ao acabamento e polimento com brocas de diamante e pontas e discos de polimentos. Para conseguir um resultado com elevada lisura, pode utilizar pastas de polimentos.

CORES
- LD: Light Dentin
- MD: Medium Dentin
- DD: Dark Dentin
- LE: Light Enamel
- DE: Dark Enamel
- U: Universal
- ML: Masking Liner
- OM: Opalescent Modifier
- RBM: Red-Brown Modifier
- BM: Black Modifier
- WM: White Modifier

ARMAZENAMENTO
Para um desempenho ótimo, recomenda-se o armazenamento em local escuro e fresco (4 - 25°C / 39,2 - 77,0°F).
Prazo de validade: 3 anos a partir da data de fabrico.

EMBALAGENS

I. Seringas
1. **Essentia Starter Kit Seringa**
- 7 seringas (uma para cada tonalidade: LD; MD; DD; LE; DE; U; ML)
- 20 pontas aplicadoras III Plástico + 1 tampa de protecção contra a luz
2. **Essentia Modifier Kit**
- 4 seringas: OM, RBM, BM, WM
3. **Recargas para seringas Essentia**
- LD; MD; DD; LE; DE; U; OM, RBM, BM, WM: disponíveis em recargas de 1 seringa cada
- ML: recarga de 1 seringa, incluindo 20 pontas aplicadoras III Plástico

II. Unitips
1. **Essentia Starter Kit Unitip**
- 30 unitips (5 unitips para cada uma das 6 tonalidades: LD; MD; DD; LE; DE; U)
- 1 seringa ML; 20 pontas aplicadoras III Plástico + 1 tampa de protecção contra a luz
2. **Recargas Essentia Unitip**
- LD; MD; DD; LE; DE; U: disponível em recargas de 15 unitips

III. Acessórios
- Guia de tonalidades Essentia
- GC Unitip Applier II
- Ponta aplicadora III Plástico
- Placa de mistura (N.º 14B)

NOTAS:
Peso e volume por seringa:

	LD, MD, DD	LE, DE	U	ML	OM	RBM, BM, WM
Peso	3,4 g	3,8 g	4,0 g	3,4 g	3,8 g	2,5 g
Volume	2 ml	2 ml	2 ml	2 ml	2 ml	2,4 ml

Peso e volume por unitip:

	LD,MD,DD	LE,DE	U
Peso	0,27 g	0,30 g	0,32 g
Volumen	0,16 ml	0,16 ml	0,16 ml

CUIDADO
1. Em caso de contacto com a mucosa oral ou pele, retirar imediatamente com algodão ou uma esponja embebidos em álcool. Lave com água. Para evitar o contacto, pode usar um dique de borracha e/ou manteiga de cacau para isolar o campo operatório da pele e mucosa oral.
2. Em caso de contacto com os olhos, lave imediatamente com água e consulte o médico.
3. Tome precauções para evitar a ingestão do material.
4. "Antes de iniciar el proceso de aplicación, pruebe el material fuera de la boca del paciente, para asegurarse de que está fluyendo correctamente".
5. Utilize luvas de plástico ou de borracha durante a operação, para evitar o contacto direto com camadas de resina inibida pelo ar, a fim de evitar uma possível reação de sensibilidade.
6. Por motivos de controlo de infeções, as unitips são de utilização única.
7. Use óculos de proteção durante a fotopolimerização.
8. No procedimento complexo de polimento do material polimerizado, use um aspirador e uma máscara de proteção para evitar a inalação do pó libertado ao aliviar.
9. Não misturar com outros produtos semelhantes.
10. Evite contaminar o vestuário com o material.
11. Em caso de contacto com áreas do dente ou equipamento protético não previstas, remova com um instrumento, esponja ou bola de algodão antes da fotopolimerização.
12. Não utilize Essentia em combinação com materiais que contenham eugenol, pois o eugenol pode prejudicar a polimerização do Essentia.
13. Em casos raros, o produto pode provocar reações de sensibilidade em algumas pessoas. Caso se observem reações desse género, interrompa o uso do produto e consulte um médico.
14. Não limpar a ponta aplicadora com excesso de álcool, pois isso pode contaminar a pasta.

Alguns produtos referenciados nas presentes instruções de utilização podem ser classificados como perigosos de acordo com a GHS.
Sempre familiarize-se com as fichas de informação de segurança disponíveis em:
http://www.gceurope.com
Estas também podem ser obtidas através do seu distribuidor.

Última revisão : 05/2019

Πριν από την εφαρμογή παρακαλούμε ελέγξτε τις οδηγίες χρήσης **EL**

Essentia®
Φωτοπολυμεριζόμενη ακτινοσκιερή σύνθετη ρητίνη γενικής εφαρμογής
Διατίθεται προς χρήση μόνο από οδοντιάτρους και για τις προτεινόμενες ενδείξεις.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
1. Άμεσες αποκαταστάσεις κοιλοτήτων Ιης, IIης, IIIης, IVης, Vης.
2. Άμεσες αποκαταστάσεις για κοιλότητες τύπου σφήνας στον αυχένα και τη ρίζα των δοντιών.
3. Άμεσες όψεις σύνθετης ρητίνης και κλείσιμο διαστημάτων.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
1. Κάλυψη πολφού.
2. Αποφύγετε τη χρήση του προϊόντος σε ασθενείς με γνωστές αλλεργίες στα μεθακρυλικά μονομερή, ή μεθακρυλικά πολυμερή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Επιλογή απόχρωσης
- Βεβαιωθείτε ότι το δόντι που πρόκειται να αποκατασταθεί είναι καθαρό και όχι αφυδατωμένο.
- Επιλέξτε αρχικά μία απόχρωση αδαμαντίνης, κοιτώντας το κοπτικό τριτημόριο του (γειτονικού) δοντιού. Βασιζόμενη στην παρατηρούμενη φωτεινότητα (γκριζότητα), επιλέξτε μεταξύ της Light Enamel (λευκότερη) ή της Dark Enamel (γκριζότερη).
- Συνεχίστε τη διαδικασία με την επιλογή της απόχρωσης οδοντίνης, κοιτώντας στο αυχενικό τριτημόριο του (γειτονικού) δοντιού. Βασιζόμενοι στην παρατηρούμενη ένταση του χρώματος (ένταση) επιλέξτε μεταξύ της Light Dentin (χαμηλή ένταση), Medium Dentin και Dark Dentin (υψηλή ένταση).
- Σε μικρές κοιλότητες ή κοιλότητες οπισθίων δοντιών, η απόχρωση Universal θα ταιριάζει με την πλειονότητα των περιπτώσεων.
- Γι αυτην κάλυψη των δυσχρωμιών, εφαρμόστε ένα λεπτό στρώμα Masking Liner πάνω στη δυσχρωμική περιοχή.

2. Προετοιμασία κοιλότητας
Προετοιμάστε την κοιλότητα με τις βασικές τεχνικές. Στεγνώστε φυσώντας ελαφρά με αέρα ελεύθερο ελαίων.
Σημείωση: Για κάλυψη του πολφού χρησιμοποιήστε υδροξείδιο του ασβεστίου.

3. Συγκόλληση
Για τη συγκόλληση της ρητίνης Essentia στην αδαμαντίνη και/ή στην οδοντίνη, χ